



**Zibo Flow Auto
Brugervejledning**


ZiboCare



INDEX

Kode	2
Introduktion	2
Anvendelsesformål	2
EF-overensstemmelseserklæring	2
standarder	2
Generelle advarsler	3
Symboler	3
Generel beskrivelse	3-5
Installation	6
Før brug	6
Håndter advarsler	6-7
Sådan bruges det	7
Opbevaring	7
Vedligeholdelse	7
Rengøring og desinfektion	8
Bortskaffelsesbetingelser	8
Behandling af batterier	8
Reserve dele / tilbehør	8
Fejlfinding	8
Elektromagnetisk kompatibilitets erklæring	8
Tekniske funktioner	9-12
Garanti	13
Reparation	14
	14



Kode

Zibo Flow Auto & Zibo Flow 3 Auto

Anvendelsesformål

Tak, fordi du har købt en Zibo Flow Auto. Denne brugermanual indeholder nogle forslag til, hvordan du korrekt bruger det produkt, du har valgt, og giver nogle værdifulde råd til din sikkerhed. Læs manualen omhyggeligt, inden du bruger produktet. Hvis du har spørgsmål, skal du kontakte din forhandler for rådgivning og hjælp. I tilfælde af tvivl, anbefaler vi at kontakte forhandleren, der kan hjælpe og rådgive din ejendom.

Brug

Pumpen og madrassen er designet til sårbehandling og forebyggelse af tryksår som kan forekomme under lang indeslutning af hospitalet og / eller plejecentre.



Advarsel!

- Brug ikke produktet til et formål, der ikke er angivet i denne vejledning.
- Kun kvalificeret personale eller uddannet til behandling og forebyggelse af tryksår kan arbejde med enheden.
- ZiboCare frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle følger, der følger af en forkert brug af dette produkt og fra uautoriseret ændring af produktet.
- Producenten forbeholder sig retten til at ændre oplysningerne i dette dokument uden forudgående varsel.

EF-ERKLÆRING OM OVERENSSTEMMELSE

ZiboCare A/S erklærer herved under sit eget eksklusive ansvar, at de produkter, der er produceret og solgt af ZiboCare A/S og tilhører kitpumpen og madrassetekategorien, er i overensstemmelse med de gældende bestemmelser, der er beskrevet i direktivet om medicinsk udstyr 93/42 / EØF og yderligere ændringer. Med henblik herpå garanterer og erklærer ZiboCare A/S som følger på eget ansvar:

1. De pågældende apparater opfylder de væsentlige krav i bilag I til direktiv 93/42 / EØF som foreskrevet i bilag VII til ovennævnte direktiv.
2. De pågældende enheder ER IKKE MÅLINSTRUKTIONER.
3. De pågældende enheder er IKKE TÆNK TIL KLINISK UNDERSØGELSE.
4. De pågældende enheder sælges i NON STERILE-pakning.
5. De pågældende enheder skal betragtes som tilhørende klasse I.
6. Brug / installer IKKE de pågældende enheder til andet formål end det, der udtrykkeligt er angivet af ZiboCare A / S
7. ZiboCare A / S vedligeholder og forelægger dokumentationen, der bekræfter overensstemmelse med direktiv 93/42 / EØF til de rette myndigheder og yderligere ændringer.

Standarder

Systemet er testet og godkendt efter følgende standarder:

- EN 60601-1
- EN 60601-1-2



Generelle Advarseler (Opbevar manualen og henvis til manualen før brug og under medicinsk instruktion.)

Forkert drift af dette system kan forårsage skade på produkterne og personskade.)

1. Brug IKKE dette produkt eller andet tilgængeligt ekstraudstyr uden først at have læst og forstå denne brugsanvisning. Hvis du ikke er i stand til at forstå advarslerne, advarslerne eller instruktionerne, skal du kontakte en sundhedsperson, en forhandler eller teknisk personale, før du forsøger at bruge dette udstyr, ellers kan der opstå personskade eller skade.
2. Rådfør dig med læge eller terapeut for at bestemme den korrekte justering og den korrekte brug af enheden.
3. Hold det pakkesæt væk fra varmekilder.
4. SERVICELIV - enhedens brugsgrense er defineret af slid på delene.
5. Lad IKKE børn lege på eller betjene pumpen.

Symboler



Advarsel



Direktiv 93/42 / EØF om medicinsk udstyr



Elektrisk beskyttelse type B



Klasse II-udstyr (dobbeltisoleret)



Må ikke stryges



kompatibel med enhver rengøringsmetode



Må ikke vaskes varmere end 80 grader



Må ikke bleges



Mærkning af elektriske og elektroniske enheder i henhold til direktiv 2002/96 / EF. Enheden, tilbehøret og emballagen skal bortskaffes korrekt efter brug. Følg lokale forordninger eller regler for bortskaffelse.




Produktionsdato



Se manualen før brug

GENEREL BESKRIVELSE

BEMÆRK Billeder er kun til demonstration og henviser ikke til et specifikt produkt



Kontrolpanel

(1) STRØMAFBRYDER

LED-belysning betyder, at strømmen tændes.



(3) BEHANDLING

A. ALTERNATING: Normal skiftende funktion.
B. STATIK: For at holde madrassen altid oppustet.



(5) LAVT TRYK

Lavtryksslys vil lyse og høres, når systemet er unormalt. Nulstil funktion og strømafbrydelse til trykknop.



(7) LÅS PANELET

Lås alle funktioner automatisk efter 5mins. T 0 deaktiveret, hold knappen nede i 3 sekunder, undtagen "Strøm", "Lavt tryk" og "af f-alarm" -funktion.



(9) AUTOMATISK JUSTERING

Funktionen kan automatisk justere madrastrykket baseret på patientens vægt. For at minde om, at processen er i gang, blinker funktionens LED-lys med jævne mellemrum fra venstre til højre, indtil Ready LED-lampen tændes permanent (processen er afsluttet). Der er tre forhold, der vil udløse denne funktion for at sikre den korrekte trykindstilling for patienten.

A) Tryk på knappen Autojustering, systemet justeres automatisk trykindstillingen igen.

(2) CYKLUS INTERVAL

Juster cyklostiden mellem 5, 10, 15 minutter for "Alternierende" -funktion



(4) KOMFORT

For at øge eller mindske luftstrømmen i en blødere eller fastere indstilling



(6) STRØM FEJL

Dæmper den hørbare alarm, når LED slukkes



(8) AUTOMATISK TILPASNING

AUTO FIRM: Hurtig oppustet madras til maksimal fasthed.




B) Systemet starter automatisk automatisk justering umiddelbart efter, at den første madrassopblæsning er afsluttet.



(10) SÆDEINFLATION


SÆDEINFLATION: Sædeopblæsningen har yderligere understøtninger til patienten under lodret stilling.






Front

- (1) Kontrolpanel
- (2) Hurtig stik til kvinder
- (3) Hurtigt stik til han
- (4) Hovedhurtigt hurtigstik
- (5) Beskyttelseshætte på stikket
- (6) Sikring
- (7) Sealing ring



Bagside

- (8) Filter
- (9) Hovedfilter
- (10) Filterbeskyttelseskappe
- (11) Hook




- (1) Pude
- (2) Cover
- (3) Fastgørelsesbælte
- (4) Lavt lufttab
- (5) Hurtigt stik til han
- (6) Beskyttelseshætte på stikket
- (7) Luftslange
- (8) Patenteret hurtig inflation CPR

INSTALLATION

1. Placer madrassen på en seng med luftslangestikene orienteret til fodpladen.

2. Hæng pumpen på sengeskinnen (fodpladsiden), eller anbring den på en plan overflade.




3. Tilslut tilslutninger til luftslanger fra luftmadras til pumpeenheden. Sørg for, at luftslangerne ikke er knækkede eller gemt under madrassen.

4. Sæt netledningen i stikkontakten.

5. Tænd for kontakten.

6. Tryk på knappen Autojustering, systemet justeres automatisk trykindstillingen igen. (Systemet starter automatisk Autojustering umiddelbart efter, at den første madrassopblæsning er afsluttet, LED-lysene blinkes med jævne mellemrum fra venstre til højre indtil Klar LED tændes permanent. Patienten kan også justere komfortniveauet manuelt.)



ADVARSEL!

- Sørg for, at pumpeenheden er egnet til lokal strømspænding.
- Placer ikke udstyret, så det er vanskeligt at frakoble stikket.

FØR BRUG

Kontroller den rigtige samling, og vær særlig opmærksom på luftslangestik.

UDNYT ADVARSLER

1. Elektrisk stød Undgå elektrisk stød.

Det er meget farligt at bruge elektriske produkter (her er enheden) forkert eller beskadigede.

- 1) Tag stikket ud af stikkontakten, hvis det ikke er nødvendigt at bruge det i lang tid.
- 2) Brug ikke kontrolenheden i nærheden af vand eller anden væske.
- 3) Undgå kontakt med kablet, stikket og hovedstyreenheden med vand eller anden væske.
- 4) Tag først kontrolenheden ud, når det tilfældigvis falder i vand eller anden væske. Åbn ikke kontrolenheden selv, den kan kun ændres af autoriserede teknikere.



2. Sikker arbejdsklima

- 1) Undgå kabelskader, når du flytter sygesengen.
- 2) Sørg for, at kabler er sikre og ryddige og ikke sidder fast i sengemekanismen eller bagved på gulvet.
- 3) Undgå skarpe genstande eller stærke sure og alkaliske kemiske midler fra madrassen.
- 4) Sikring ville sprænge for at beskytte enhederne, når elektrisk kortslutning forårsaget af den aktuelle belastning.

3. Forholdsregler (Sørg for, at systemet ikke er i brand, undgå elektrisk stød eller fare for personskade på brugeren)

- 1) Rådgør med læge eller terapeut om korrekt brug af enheden. Brug ikke systemet, når ånden er ude af kontrol.
- 2) Undgå at bruge systemet med tilsluttet strøm, uden at nogen holder øje med det.
- 3) Brug ikke de dele, der ikke hører til ZiboCare A / S
- 4) Sørg for, at madrassen, dækslet, kabler og stikkontakt er ude af ild, varme eller stærke syre- og alkalikemikalier.
- 5) Modifier ikke pumpen og madrassen uden tilladelse fra producenten, og fyld ikke andre genstande i revnen på kontrolenheden eller madrassen.
- 6) Tilslut kontrolenheden til jordforsyningen.
- 7) Brug ikke produktet som følger:
 - 1 er stikket eller kablet beskadiget.
 - 2 systemet lyder unormalt eller vibrerer intenst.
 - 3 falder kontrolenheden ned på gulvet og forårsager beskadigelse.
 - 4 falder styreenheden ned i vandet eller anden væske.

Kontakt ZiboCare., hvis ovenstående ting sker. Vi hjælper dig med at udføre avanceret inspektion og reparation.

BEMÆRK Hvis trykket konstant er lavt, skal du kontrollere for eventuelle huller (på de udskiftelige elementer eller på tilslutningsrørene). Hvis det er nødvendigt, skal du erstatte de beskadigede tilslutningsrør eller de udskiftelige elementer, skal du ellers kontakte din forhandler.

Hvis det er nødvendigt med hurtig tømning, skal forbindelsesrøret tages ud af madrassen.

OPBEVARING

- 1) Sluk for strømmen fra stikkontakten og tag pumpen ud af madrassen, og sæt madrassen flad.
- 2) Fold madrassen i to fra madrasfoden til hovedet.
- 3) Giv tid til at flygte ud fra madrassen. Derefter reduceres pladsen til opbevaring.
- 4) Luk dækslet beskyttelseskappen på hurtigstikket.

VEDLIGEHOLDELSE

Pumpe & madras-enhederne fra ZiboCare A / S kontrolleres omhyggeligt og leveres med EF-mærke, når de først er lanceret på markedet.

Af hensyn til patientens og lægens sikkerhed anbefaler vi at lade kontrollere enheden af producenten eller af et autoriseret laboratorium hvert år.

Brug kun originale reservedele og tilbehør i tilfælde af reparation.

**RENGØRING OG Desinfektion****ADVARSEL!**

Frakobl pumpen, før rengøringsproceduren påbegyndes.

1. Rengør madrassen med mild sæbe.
2. Pumpenheden må ikke nedsænkes eller blødgøres.
3. Tør madrassen efter rengøring uden direkte udsættelse for sollys.
4. Kontroller, at tilslutningsrørene ikke er blokeret af støv ellers. I dette tilfælde skal du bruge en blød pind til at rengøre rørene

BEMÆRK Brug aldrig syrer, alkalier og opløsningsmidler som acetone

**Bortskaffelsesbetingelser****Generelle bortskaffelsesbetingelser**

Brug ikke indsættelsesbeholderen til kommunalt affald i tilfælde af bortskaffelse.
Vi anbefaler at bortskaffesættet i de relevante bortskaffelsesområder til genbrug.

BEHANDLING AF BATTERIER (direktiv 2002/96 / EF)

Efter endt levetid må produktet ikke bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald.

Brugerne skal bortskaffe dette udstyr ved at bringe det til et specifikt genvindingssted for elektrisk og elektronisk udstyr eller hos detailhandlere, der leverer denne service. Ved at sikre, at disse batterier bortskaffes korrekt, hjælper du med at forhindre potentielt negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed, som ellers kan være forårsaget af upassende affaldshåndtering af batteriet. For at bemærke behovet for at bortskaffe elektrisk udstyr separat, er produkterne markeret med krydset mobil affaldsspand.

RESERVEDELE / TILBEHØR

For reservedele og tilbehør henvises til hovedkataloget.

FEJLFINDING

Hvis dine spørgsmål ikke kan besvares med ovenstående oplysninger, skal du kontakte din lokale agent direkte. De kræver muligvis en tekniker til at tage sig af problemet.

Ingen lys på enheden	Kontroller, at kontrolenheden er tilsluttet strømforsyningen, og at enheden er tændt. Kontroller hurtig blæsesikring på styreenheden eller netstikets sikring.
Alarm ved lavt tryk	Kontroller hovedstrømmen til kontrolenheden, og at stikket er tændt. Kontroller, at madrassen er tilsluttet korrekt til pumpeenheden. Kontroller, at HLR-stikket er korrekt tilsluttet. Kontroller alt " T " & under madrassedækslet & "L" -stik er forbundet til luftrørene. Kontroller forbindelsesrørene for knæ, crimp eller skader. Forøg værdien af komforten
Patientens krop hænger i midten	Vent et par minutter, før trykket kan stabilisere sig, inden du foretager en ny ændring
Kontrollås eller "frys"	Sluk for betjeningsenheden, og tag pumpen ud af stikkontakten. Vent et par minutter, og sæt kontrolenheden i igen. Tænd for kontrolenheden.


ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET ERKLÆRING

Vejledning og producentens erklæring-elektromagnetiske emissioner		
<p>Enheden er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljø, der er specificeret nedenfor. Brugeren af enheden skal sikre, at den bruges i et sådant miljø.</p>		
Emissionstest	Overholdelse	Vejledning til elektromagnetisk miljø
RF-emissioner CISPR 11	Gruppe 1	Enheden bruger kun RF-energi til dens interne funktion. Derfor er dens RF-emissioner meget lave og forårsager sandsynligvis ikke nogen interferens i elektronisk udstyr i nærheden.
RF-emissioner CISPR 11	Klasse B	Enheden er velegnet til brug i alle virksomheder, herunder indenlandske virksomheder og dem, der er direkte forbundet med det offentlige lavspændingsforsyningsnet, der leverer bygninger, der bruges til husholdningsbrug.
Harmoniske emissioner IEC 61000-3-2	klasse A	
Spændingsudsving / flimmeremission IEC 61000-3-3	Overholdelse	

ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET ERKLÆRING

<p style="text-align: center;">Vejledning og fabrikantens erklæring-elektromagnetisk immunitet</p> <p>Enheden er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljø, der er specificeret nedenfor. Kunden eller brugeren af enheden skal sikre, at den bruges i et sådant miljø.</p>			
Immunitetstest	IEC 60601 testniveau	Overholdelsesniveau	Elektromagnetisk miljø-vejledning
Elektrostatisk afladning (ESD) IEC 61000-4-2	± 6 kV kontakt ± 8 kV luft ± 2 kV for strømforsyningslinjer	± 6 kV contact ± 8 kV air	Gulve skal være af træ, beton eller keramiske fliser. Hvis gulve er dækket med syntetisk materiale, skal den relative fugtighed være
Electrical fast transient/burst IEC 61000-4-4	±1 KV for input / output linjer ±1 KV linje (r) til linje (r) ± 2 k V linie (r) til	± 2 kV for strømforsyningslinjer Ikke anvendelig	mindst 30%. Strøm kvalitet skal være af et typisk kommercielt miljø eller hospital.
Surge IEC 61000-4-5	jorden <5% UT (> 95% dyp i UT) for 0,5 cyklus	± 1kV differential mode ± 2kV differential mode	Det skal være netledningen af et typisk kommercielt miljø eller hospital.
Spændingsdip, korte afbrydelser og spændingsvariationer på strømforsyningsindgangsle dninger IEC 61000-4-11	40% UT (60% dyp i UT) i 5 cykler 70% UT (30% dyp i UT) i 25 cykler <5% UT (> 95% dyp i UT) i 5 sekunder 3 A / m	<5% UT(>95% dip in UT) for 0,5 cycle 40% UT(60% dip in UT) for 5 cycles 70% UT(30% dip in UT) for 25 cycles <5% UT(>95% dip in UT) for 5 s	Strøm kvalitet skal være af et typisk kommercielt miljø eller hospital. Hvis brugeren af apparatet kræver fortsat drift under strømafbrudelse, anbefales det, at enheden få strøm fra en uafbrudt strømforsyning eller et batteri.
Effektfrekvens (50/60 Hz) magnetfelt IEC 61000-4-8		3 A/m	Enhedens strøm frekvensmagnetiske felter skal være i niveauer, der er karakteristiske for et typisk sted i et typisk kommercielt eller hospitalalt miljø.
<p>BEMÆRK UT er a.c. netspænding inden testniveauet påføres.</p>			

ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET ERKLÆRING

Guidance and manufacturer's declaration-electromagnetic immunity			
<p>Enheden er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljø, der er specificeret nedenfor. Kunden eller brugeren af enheden skal forsikre sig om, at den bruges i sådanne omgivelser.</p>			
Immunitetstest	IEC 60601 testniveau	Overholdelsesniveau	Vejledning til elektromagnetisk miljø
<p>Conducted RF IEC 61000-4-6</p>	<p>3 Vrms 150 KHz to 80 MHz</p>	<p>3 Vrms</p>	<p>Bærbart og mobil RF-kommunikationsudstyr bør ikke bruges tættere på nogen del af enheden inklusive kabler end det anbefalede separationsafstand beregnet fra ligningen gælder for frekvensen af senderen.</p> <p>Anbefalet separationsafstand: $d = 1,2 \cdot P^{0,5}$ $d = 1,2 \cdot P^{0,5}$ 80 MHz til 800 MHz $d = 2,3 \cdot P^{0,5}$ 800 MHz til 2,5 GHz Hvor P er den maksimale udgangseffektvurdering for transmitteren i watt (W) i henhold til transmitterproducenten og dis den anbefalede separationsafstand i meter (m). Feltstyrker fra faste RF-sendere, som bestemt af en undersøgelse af elektromagnetisk sted, skal være mindre end overensstemmelsesniveauet i hvert frekvensområde. Der kan forekomme interferens i nærheden af udstyr mærket med følgende symbolo-</p> 
<p>Radiated RF IEC 61000-4-3</p>	<p>3 V/m 80MHz to 2,5 GHz</p>	<p>3 V/m</p>	
<p>BEMÆRK1 Ved 80 MHz og 800 MHz gælder det højere frekvensområde.</p>			
<p>BEMÆRK Disse retningslinjer gælder muligvis ikke i alle situationer. Elektromagnetisk forplantning påvirkes af absorption og refleksion fra strukturer, genstande og mennesker.</p>			
<p>a Feltstyrker fra faste sendere, såsom basestationer til radiotelefoner og mobiltelefoner, amatørradio, AM- og FM-radioudsendelse og tv-udsendelse kan ikke teoretisk forudsiges med nøjagtighed. For at vurdere det elektromagnetiske miljø på grund af faste RF-sendere, bør en overvågning af elektromagnetisk sted overvejes. Hvis den målte feltstyrke på det sted, hvor enheden bruges overstiger det gældende RF-overholdelsesniveau ovenfor, skal enheden overholdes for at verificere normal drift. Hvis der observeres unormal ydeevne, er det nødvendigt med yderligere forholdsregler, f.eks. Omorientering eller flytning af enheden</p>			
<p>b Over frekvensområdet 150 kHz til 80 MHz skal feltstyrker være mindre end 3 V / m.</p>			

ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET ERKLÆRING

Anbefalet adskillelsesafstand mellem bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr og enheden			
<p>Enheden er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljø, hvor RF-forstyrrelser styres. Kunden eller brugeren af enheden kan hjælpe med at forhindre elektromagnetisk interferens ved at opretholde en minimumsafstand mellem bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr (sendere) og enheden som anbefalet nedenfor i overensstemmelse med kommunikationsstyrets maksimale udgangseffekt.</p>			
Nominel maksimal udgangseffekt for senderen W	Adskillelsesafstand i henhold til frekvensen af senderen m		
	150 kHz to 80 MHz $d = 1,2 \cdot \sqrt{P}$	80 MHz to 800 MHz $d = 1,2 \cdot \sqrt{P}$	800 MHz to 2,5 GHz $d = 2,3 \cdot \sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23
<p>For sendere, der er klassificeret med en maksimal udgangseffekt, der ikke er anført ovenfor, kan den anbefalede separationsafstand din meter (m) estimeres ved hjælp af ligningen, der gælder for frekvensen af senderen, hvor P er den maksimale udgangseffektvurdering for senderen i watt (W) ifølge senderproducenten.</p> <p>BEMÆRK1 Ved 80 MHz og 800 MHz gælder separationsafstanden for det højere frekvensområde.</p> <p>BEMÆRK2 Disse retningslinjer gælder muligvis ikke i alle situationer. Elektromagnetisk forplantning påvirkes af absorption og refleksion fra strukturer, genstande og mennesker.</p>			

TEKNISKE FUNKTIONER

-Pump enhed-

FEATURE	Pump
Strømforsyning	230V/50Hz
Strøm	7.5W
Sikringsvurdering	500mA/250V
Tryk	20~50mmhg
Dimensioner	29cm(L)x15cm(W)x31cm(H)
Cyklus	5/10/15mins
Vægt	2.6KGS
Miljøtemperatur	Operation: +10°C / +40°C Storage: -15°C/+50°C Shipping: -15°C/+70°C
Miljøfugtighed	Operation: 10%-90% non- condensing Storage: 10%-90% non- condensing Shipping: 10%-90% non- condensing
Atmosfærisk tryk	Operation: 700-1013,25 hPa



GARANTI

ZiboCare A / S-produkter er garanteret fra materiale- eller produktionsfejl i 1 år fra købsdatoen, bortset fra mulig udelukkelse eller begrænsning som følger. Garantien skal ikke anvendes i de mulige skader forårsaget af forkert brug, misbrug eller ændring, og garantien er ikke gyldig, hvis brugsanvisningen ikke overholdes nøje. Den korrekte tilsigtede anvendelse er specificeret i denne manual.

ZiboCare A / S er ikke ansvarlig for deraf følgende skader, personskader eller hvad der skyldes eller i forbindelse med forkert installation eller forkert brug.

ZiboCare A / S-garanti dækker ikke skader, der skyldes: naturkatastrofe, ikke autoriseret vedligeholdelse eller reparationer, fejl forårsaget af problemer med elforsyningen (når det er nødvendigt), brug af reservedele, der ikke er dækket af Pe & Le Enterprise Ltd., forkert brug, ikke autoriseret ændring, forsendelsesskader (adskiller sig fra original ZiboCare A / S-forsendelse), eller i tilfælde af utilstrækkelig vedligeholdelse som angivet i manualen.

Garantien dækker ikke komponenter, der er udsat for slid under korrekt brug af enheden.

REPERATION

-Garantireparation-

-Hvis en ZiboCare A / S-vare viser materiale- eller produktionsfejl i løbet af garantiperioden, vil ZiboCare A / S bekræfte med kunden, om fejlen kan dækkes fra garantien. Pe & Le Enterprise Ltd.,

-efter ubestridelig skøn kan reparere eller udskifte varen af en ZiboCare A / S-forhandler eller til ZiboCare A / S hovedkvarter. Arbejdsomkostninger kan opkræves til ZiboCare A / S, hvis reparationen er dækket af garantien. En reparation eller en udskiftning udvider ikke garantien.

-Reparation, der ikke er dækket af garantien-

-Et produkt uden garanti kan sendes efter ZiboCare A / S-tilladelse. Arbejds- og forsendelsesomkostninger for god garanti betales af kunden eller af forhandleren. Reparationerne er garanteret i 6 måneder fra den modtagne vare.

-Ikke-defekt udstyr-

-Kunden vil blive informeret, hvis ZiboCare A / S efter enhedens returnering og undersøgelse erklærer, at enheden ikke er defekt. I dette tilfælde sendes varen tilbage til kunden, betales forsendelsesafgiften af kunden.