


Brugsanvisning



Produktbeskrivelse

Liko UniversalSling er en standardmodel, som er konstrueret til at tilpasse sig til brugeren uden individuelle indstillinger, og som er ét af vores mest anvendte løftesejl.

UniversalSling giver en god siddestilling med støtte i hele ryggen op til nakken. Hvis brugeren har behov for støtte til hovedet, anbefales det at bruge et løftesejl med høj ryg, fx Original HighBack Sling model 200/210 eller Soft Original HighBack Sling model 26. Brugers arme holdes inden for løftesejlet. Et korrekt afprøvet og omhyggeligt påsat UniversalSling giver brugeren en utrolig god tryghedsfølelse og høj komfort.

Størrelser

UniversalSling findes i flere forskellige størrelser. Det er vigtigt at vælge den rigtige størrelse for at opnå en optimal komfort og sikkerhed. Et for stort løftesejl øger risikoen for udglidning, hvorimod et for lille løftesejl kan blive for stramt i skridtet og give ubehag.

Til større størrelser kan en kombination med dobbeltbøjle 670 være en god løsning.

Stoffer

UniversalSling fås i forskellige stoffer. Eftersom UniversalSling som regel ikke efterlades under brugeren efter afsluttet løft, anbefaler vi modellen i polyester. Dette materiale er meget slidstærkt og har en lav friktion, hvilket betyder, at løftesejlet er nemt at påsætte og fjerne.

UniversalSling fås også i netpolyester. Dette stof anbefales i de situationer, hvor løftesejlet efterlades under brugeren efter afsluttet løft eller i de situationer, hvor man blot foretrækker et luftigere alternativ.

Til bad og brusebad findes en model i plastbehandlet netdesign, hvor vandet kan trænge igennem, og som nemt kan tørres af. Materialet tørrer hurtigere og føles ikke koldt på samme måde, som fugtig, vandsugende tekstil gør.

Løftesejlets løftebånd er altid fremstillet af slidstærkt polyester og giver en optimal sikkerhed.

Benstøtter

UniversalSling fås med benstøtte i flere forskellige modeller. Den mest anvendte benstøtte har afstivninger. Afstivningen giver høj komfort, udjævner trykket og forhindrer, at løftesejlet foldes under lårene.

Der fås også en benstøtte med blød polstring (syntetisk lammeskind). UniversalSling med polstret benstøtte er især velegnet til trykfølsomme brugere.

Egnede lifte

UniversalSling kan anvendes sammen med alle Likos loft- og mobillifte. Vælg mellem loftliftene LikoGuard™, Likorall™ og Multirall™ eller mobilliftene Golvo™, Viking™, Uno™ og Liko™ M220/M230.

I teksten omtales personen, der bliver løftet, som bruger, og personen, der hjælper til, omtales som medhjælper.



VIGTIGT!

Løft og forflytning af en person medfører altid en vis risiko. Læs derfor brugsanvisningen til liften og løftetilbehøret før brug. Det er vigtigt at have læst og forstået indholdet i brugsanvisningen. Udstyret bør kun anvendes af trænet personale. Kontrollér, at løftetilbehøret passer til den lift, der anvendes. Udvis forsigtighed og omsorg ved brug. Som medhjælper er du altid ansvarlig for brugerens sikkerhed. Du skal være velinformeret om brugerens evne til at klare løftesituationen. Hvis noget er uklart, skal du kontakte producenten eller leverandøren.

Indholdsfortegnelse

Symbolbeskrivelse	3
Sikkerhedsanvisninger	4
Eftersyn og vedligeholdelse	5
Definitioner	5
Sådan hægtes løftesejlet på forskellige løftebøjler	6
Sådan hægtes UniversalSling til en løftebøjle med 4 kroge (dobbelt- og krydsbøjler)	7
Løft fra siddende	8
Løft til siddende.....	9
Sådan fjernes løftesejlet i stol/kørestol	10
Løft fra seng.....	10
Løft til seng.....	11
Sådan fjernes et løftesejl i siddende stilling i seng	11
Sådan fjernes et løftesejl ved liggende stilling i seng	11
Afprøvningsråd	12
Forskellige måder at påhægte benstøtterne	12
Brugeren sidder ikke godt i løftesejlet - hvad kan det skyldes?.....	12
Afkortningsstykke	13
Tilbehør	13
Oversigt over Liko UniversalSling, model 000,.....	14
Anbefalede kombinationer	14

Symbolbeskrivelse

Disse symboler findes i dette dokument og/eller på produktet.

Symbol	Beskrivelse
	Advarsel. Anvendes hvor der bør udvises særlig forsigtighed.
	Læs brugsanvisningen før brug
	Læs brugsanvisningen før brug
	CE-mærke
	Juridisk producent
	Produktionsdato
	Referencenummer
	Serienummer
	Medicinsk udstyr
	Må ikke renses kemisk
	Må ikke stryges
	Tørretumbling
	Må ikke tørretumles
	Vask Symbolet optræder altid i kombination med den anbefalede temperatur i °C og °F.
	Latexfri
	Periodisk eftersyn
	Må ikke bleges
	Tørring på snor i skyggen
	Skal vende opad med symbol på ydersiden af udstyret.
	Symbol på ydersiden af udstyret.
	GS1 Datamatrixstregkode, der kan indeholde følgende oplysninger. (01) Globalt handelsvarenummer (11) Produktionsdato (21) Serienummer

Sikkerhedsanvisninger

⚠ Vær opmærksom på følgende, før du løfter:

- Hvorvidt det er nødvendigt med én eller flere medhjælpere, skal vurderes ud fra den enkelte situation af den ansvarlige medarbejder i din virksomhed.
- Kontrollér, at løftesejlet opfylder brugerens behov mht. model, størrelse, stof og funktion.
- Løftesystemets totale maks. belastning bestemmes altid af det produkt i systemet, der har den laveste anførte maks. Belastning.
- Af sikkerheds- og hygiejnemæssige årsager skal der anvendes individuelle løftesejl.
- Planlæg løftet, så det sker så sikkert og problemfrit som muligt.
- Kontrollér, at løftetilbehøret hænger vertikalt og uhindret kan bevæge sig.
- På trods af, at Likos løftebøjler er forsynede med afkrogningsbeskyttelse, skal der udvises særlig forsigtighed. Inden brugeren løftes fra underlaget, men når båndene er strakt helt ud, skal det kontrolleres, at båndene er hængt korrekt på løftebøjlels kroge.
- Kontrollér, at brugeren sidder sikkert i løftesejlet, inden løftet foretages.
- Løft aldrig en bruger højere fra underlaget end nødvendigt for at gennemføre løftet og forflytningen.
- Efterlad aldrig en bruger uden opsyn i en løftesituation.
- Kontrollér, at hjulene på kørestol, seng, briks etc. er låste i løftesituationen.
- Arbejd altid ergonomisk. Udnyt brugerens evne til at deltage aktivt i løftet.
- Når løftesejlet ikke anvendes, må det ikke placeres i direkte sollys.

⚠ Forkert fastgørelse af løftesejlet til løftebøjlen kan forårsage alvorlig skade på brugeren.

⚠ Manuel vending af brugeren i sengen kan medføre skader på medhjælperen.

CE Medicinteknisk klasse I produkt

PATENT www.hillrom.com/patents

Kan omfattes af et eller flere patenter. Se ovenstående internetadresse.

Hill-Rom-virksomhederne ejer europæiske, amerikanske og andre patenter samt patentansøgninger.

Produktændringer

Likos produkter udvikles løbende, hvorfor vi forbeholder os ret til at foretage produktændringer uden forudgående varsel. Kontakt din repræsentant fra Hill-Rom for rådgivning og information om produktopgraderinger.


Design og kvalitet af Liko i Sverige

Liko er kvalitetsgodkendt iht. ISO 9001 og den tilsvarende standard for medicinske udstyr, ISO 13485.

Liko er også miljøgodkendt iht. ISO 14001.

Meddelelse til brugere og/eller patienter i EU

Enhver alvorlig hændelse, der er opstået i forbindelse med udstyret, skal rapporteres til fabrikanten og den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren og/eller patienten er etableret.



Før første brug

Når løftesejlet tages i brug for første gang skal dags dato (år og måned) markeres på mærket »First Use« (som er placeret under mærket »Perform Inspection«), se eksempel nedenfor. Markeringen foretages ved at klippe de grønne tråde i de aktuelle felter. Trådene klippes af med et klip midt i feltet. Klip ikke trådene helt væk, men lad de afklippede trånder sidde tilbage.

Eksempel: Februar 2014

First Use											
Month											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Year											
2014	2015	2016	2017	2018							
End of Use											
Year											
2019	2020	2021	2022	2023							
Expected Life - 5 years											

Klip trådene af midt på feltet.



Eftersyn og vedligeholdelse

Kontrollér altid løftesejlet, inden brug. Kontrollér følgende punkter for slid og beskadigelse:

- Stof
- Bånd
- Sømme
- Ophængningsløkker

⚠ Anvend ikke beskadiget løftetilbehør.

Hvis noget er uklart, bedes du kontakte fabrikanten eller leverandøren.

Såfremt løftesejlet anvendes til bad eller brusebad: Efter anvendelse i bad eller brusebad skal løftesejlet placeres, så det tørrer så hurtigt som muligt.

Vaskeanvisning: Se løftesejlets produktmærke samt det vedhæftede bilag "Vedligeholdelsesanvisninger til Likos løftesejl".

Periodisk eftersyn

Produktet skal efterses mindst hver 6. Måned. Hyppigere eftersyn kan være nødvendige, såfremt produktet anvendes eller vaskes oftere end normalt. Se Likos protokol "Periodisk eftersyn af Likos tekstilprodukter". For protokoller bedes du kontakte din Hill-Rom-repræsentant.

Forventet levetid

Hvis produktet er fremstillet i grønt, vævet polyester, har det en forventet levetid på 5 år. Hvis produktet er fremstillet i plastbehandlet netmateriale eller gråt netpolyester, har det en forventet levetid på 3 år. Den forventede levetid er baseret på, at produktet anvendes til 10 løft pr. dag, og vaskes en gang om ugen iht. vaskeanvisningen. Hill-Rom anbefaler, at produktet kun anvendes under sin forventede levetid.


Anvisninger for genanvendelse

Hele produktet, herunder afstivninger, polstringsmateriale osv. skal sorteres som brændbart affald.

Hill-Rom evaluerer og giver vejledning til sine brugere om sikker håndtering og bortskaffelse af sit udstyr for at hjælpe med at forebygge skader, herunder bl.a. snitsår, punkteringer af hud og hudafskrabninger, og om eventuel nødvendig rengøring og desinfektion af det medicinske udstyr efter brug og før bortskaffelse. Kunderne skal overholde alle føderale, statslige, regionale og/eller lokale love og bestemmelser, som vedrører sikker bortskaffelse af medicinsk udstyr og tilbehør.















I tvivlsspørgsmål skal brugeren af enheden først kontakte Hill-Roms tekniske support for at få vejledning angående protokoller for sikker bortskaffelse.

Definitioner




1. Produktmærke
2. Mærke: Produktionsår og -måned ()
3. Mærke: Serienummer
4. Mærke: Individuel mærkning (Belongs to)
5. Mærke: Kontrol og eftersyn (Perform Inspection)
6. Mærke: Når produktet tages i brug (First Use)
7. Øverste båndløkke
8. Styrehåndtag
9. Benstøtte
10. Afkortningsstykke
11. Ydre benstøttebåndløkke
12. Nederste kant
13. Midterbånd
14. Størrelsesmarkering





Sådan hæftes løftesejlet på forskellige løftebøjler

Løftebøjle	Løkker til løftebøjlens kroge	Korrekt
 SlingGuard™		
 Universal		
 SlingGuard™ Twin		
 Universal Twin		
 Cross-Bar		


Eksempel: Forkert



Sådan hæftes UniversalSling til en løftebøjle med 4 kroge (dobbelt- og krydsbøjler)


 Øverste båndløgner Benstøttens båndløgner	1. 
2. 	3.  Illustrationerne 1, 2 og 3 viser en dobbeltbøjle, men samme anvendelse gælder for Cross-Bar.

Løft fra siddende




Placér løftesejlet bag brugerens ryg med produktmærket udvendigt. Fold den nederste kant på løftesejlet omkring dine fingerspidser for nemmere at føre løftesejlet på plads.

Tryk ved hjælp af håndfladen løftesejlets nederste kant ned til brugerens haleben - dette er meget vigtigt. Tips: En korrekt placering opnås nemmere, hvis brugeren lænes/ læner sig lidt fremad.




Træk løftesejlets benstøtte ud langs ydersiden af brugerens lår. Placer din håndflade mellem brugerens krop og løftesejlet, og før benstøttens nederste kant ned mod sædet. Træk samtidig benstøtten fremad med den anden hånd for at strække den ud.

Træk ud i benstøtten, så eventuelle folder bagpå rettes ud. Kontrollér, at begge benstøtter når lige langt frem. Tips: Med en let modstand under knæskallen bliver det nemmere at trække benstøtten frem.



Indfør benstøtterne under hvert lår. Kontrollér, at stoffet ligger glat, og at det når godt rundt om benet. **Tips:** Påsætning af benstøtter er nemmere, hvis brugerens ben hæves lidt fra sædet. Det kan ske ved at placere brugerens fødder på fodstøtten eller på dit eget ben, som vist i illustrationen.

Forbered påsætningen af benstøtterne. Den mest anvendte metode til påsætning af løftesejlet er med krydsede benstøtter. Se side 12 for alternative metoder.




Tips: Kontrollér, at alle ophængningsløkkerne er lige lange, dvs. at de når lige højt, når de strækkes før løftet. Justér løftesejlets placering, såfremt de ikke når lige højt.

Hægt først de øverste båndløkker på løftebøjlels kroge og herefter benstøttens båndløkker. Se side 6-7 for oplysninger om, hvordan løftesejlets løkker hægtes på forskellige løftebøjler. Løft brugeren op.

Løft til siddende

Ved placering i stol er det vigtigt, at brugeren kommer tilstrækkeligt langt tilbage i stolen for at sidde behageligt. Det kan gøres på flere måder.



Ved placering i kørestol: Vip stolen bagud under nedsænkningen. Lad bagdelen glide ned langs rygstøtten det sidste stykke. Kontrollér kørestolens vinkel med foden på tipstøtten.

Alternativ: Tryk let under brugerens knæ ved nedsænkningen, så bagdelen føres ind mod stolens rygstøtte. Hvis der er styrehåndtag på løftesejlet, kan disse bruges til at føre med.

⚠ Løft ikke i styrehåndtagene! For stor belastning på styrehåndtagene kan resultere i, at løftesejlet brister.

Sådan fjernes løftesejlet i stol/kørestol

Vi anbefaler, at løftesejlet fjernes efter afsluttet forflytning. Såfremt det ønskes at efterlade løftesejlet i stolen efter afsluttet løft, anbefaler vi et løftesejl i netpolyester.



Fjern forsigtigt benstøtterne. Dette foretages mest skånsomt ved at trække benstøttens båndløg ud under stoffet.

Fjern løftesejlet ved at forsigtigt trække benstøtterne opad.


Løft fra seng

Løftesejlet kan påsættes på forskellige måder alt efter brugerens status. Sejlet kan påsættes med brugeren liggende i sengen eller siddende i sengen. Anvendes en avanceret, trykafastende madras, kan den med fordel pumpes helt op for at gøre det nemmere at påsætte løftesejlet.

Vær opmærksom på din egen arbejdsstilling og brugerens komfort. Anvend sengens funktioner til hævnings og sænkning. En god arbejdsposition fås, når madrassen er i niveau med medhjælperens knoer, når armene holdes lige ned. Med hensyn til medhjælperens belastning skal der foretages en vurdering fra gang til gang af, hvor mange medhjælpere, løftet kræver.


Sådan fastgøres et løftesejl i liggende stilling i seng

Ved løft fra liggende stilling uden mulighed for at hæve hovedgærdet på sengen eller på anden måde støtte hovedet, anbefales Likos Soft Original HighBack Sling, model 26, eller alternativt Liko Original HighBack Sling, model 200, 210, som alle giver støtte til hovedet.



Vend brugeren på siden. Denne del af løftet bliver nemmere, hvis brugeren selv kan hjælpe til ved at tage fat i sengekanten i den side, brugeren vendes mod. Placer løftesejlets kant mod brugerens ryg med den nederste kant i niveau med halebenet.

Læg løftesejlet i en fold, så "midterbåndet" er ud for brugerens rygrad. Kontrollér, at folden dækker løftesejlets kant, som vender ind mod brugerens ryg, for at mindske friktionen. Vend forsigtigt brugeren tilbage og træk løftesejlet ud på den anden side. Med denne påsætningsteknik skal brugeren kun vendes én gang.



Indfør en benstøtte under hvert ben. Dette gøres nemmest ved at trykke benstøtten ned mod madrassen samtidigt med, at det føres ind under knæet. Kontrollér, at stoffet ligger glat, og at det når godt rundt om benet. Benstøtten kan påhæftes på forskellige måder, se side 12.

Hæv sengens hovedgærde. Hægt først de øverste båndløgner på løftebøjlsens kroge og herefter benstøttens båndløgner. Se side 6-7 for oplysninger om, hvordan løftesejlets løkker hægtes på forskellige løftebøjler. Løft brugeren op.

Sådan fastgøres et løftesejl i siddende stilling i seng


Hæv sengens hovedgærde bag brugeren. Læg løftesejlet på sengen med produktmærket ned mod madrassen. Før løftesejlet ned bag brugerens ryg, til den nederste kant **når ned til halebenet**. **Tips!** Påsætningen sker nemmest, hvis brugeren lænes/læner sig fremad.

Løft til seng

Vi anbefaler, at løftesejlet fjernes efter afsluttet forflytning. Såfremt det ønskes at efterlade løftesejlet i sengen efter afsluttet løft, anbefaler vi et løftesejl i netpolyester.

Vær opmærksom på din egen arbejdsstilling og brugerens komfort. Anvend sengens funktioner til hævnings og sænkning. En god arbejdsposition fås, når madrassen er i niveau med medhjælperens knoer, når armene holdes lige ned. Med hensyn til medhjælperens belastning skal der foretages en vurdering fra gang til gang af, hvor mange medhjælpere, løftet kræver.

Sådan fjernes et løftesejl i siddende stilling i seng




Før brugeren ind over sengen. Hæv sengens hovedgærde for at opnå en større brugerkomfort. Sænk brugeren ned til sengen.

Fjern benstøtterne ved at trække deres båndløg ud under stoffet.
Tips: Dette er nemmest, hvis brugerens ben er bøje.


Fjern løftesejlet ved at trække en af benstøtterne bag løftesejlet og over på den modsatte side.

Sådan fjernes et løftesejl ved liggende stilling i seng



Før brugeren ind over sengen. Hæv sengens hovedgærde for at opnå en større brugerkomfort. Sænk brugeren ned til sengen. Sænk herefter hovedgærdet.

Placér benstøttens båndløg under benstøtterne mellem brugerens ben.




Tag fat i kanten på løftesejlet. Pres løftesejlet sammen. Tryk løftesejlet ned mod madrassen og ind under brugeren.

Vend brugeren forsigtigt på siden. Tag fat nederst på løftesejlet, og træk det forsigtigt ud.

Afprøvningsråd

Forskellige måder at påhægte benstøtterne

Inden valg af montering skal der altid foretages en individuel vurdering for at komme eventuelle risici i forkøbet.



Med krydsede benstøtter.

Den mest anvendte måde at påhægte løftesejlet. Det ene af benstøttens båndløgker trækkes igennem den anden, inden løkkerne hægtes på løftebøjlen.

Omkring begge lårben.


Dette kan være en god fremgangsmåde f.eks. ved løft af brugere med amputerede ben. **Tips:** For at undgå, at brugerens siddestilling bliver for tilbagelænet, kan man montere Extension Loops på benstøttens båndløgker.

Hver benstøtte hægtes hver for sig på løftebøjlen.

Dette kan være en god fremgangsmåde ved løft af brugere med særlig følsomt underliv.

⚠️ Øget risiko for udglidning.

Brugeren sidder ikke godt i løftesejlet - hvad kan det skyldes?




A. Risiko for udglidning. Bagdelen hænger ned. Løftesejlet kan være for stort. Det kan også skyldes, at løftesejlet ikke er trukket tilstrækkelig langt nok ned i ryggen.

Kontrollér, inden løftet påbegyndes, at den nederste kant er udstrakt, og at stoffet når helt rundt om benene.

B. En for lille størrelse kan medføre, at benstøtterne skærer ind i skridtet og giver ubehag, eller løftebøjlen kommer for tæt på ansigtet og/eller, at ryggen støttes for lavt.

Løftesejlets nederste kant er i højde med halebenet. Benstøtterne ligger godt under benene.

Afkortningsstykke



Det nøje udformede design på vores løftesejl gør, at brugeren altid sidder med et velfordelt tryk mellem ben og ryg samt får en god støtte under hele løftet. I visse tilfælde kan det dog være en god idé at anvende den indre indstilling, afkortningsstykket, på benstøttens båndløkke for at ændre brugerens siddestilling.

Tips: Dette gælder **ikke**, hvis man har en ældre model af UniversalSling, model 00/02, med et tidligere design af afkortningsstykket. For beskrivelse af afkortningsproceduren for model 00/02 bedes du kontakte Hill-Rom for at få brugsanvisningen til den pågældende model.

I tilfælde, hvor afkortningsstykket anvendes, anbefales det, at også den yderste benstøttes båndløkke hægtes på løftebøjlsens krog for at få en bedre visuel kontrol med båndløkkerne.


Tilbehør

Extension Loop, grøn, 12 cm (5") Varenr. 3691102

Extension Loop, grøn, 22 cm (9") Varenr. 3691103

Extension Loop, grå, 12 cm (5") Varenr. 3691302

Extension Loop, grå, 22 cm (9") Varenr. 3691303



- 2 = 12 cm (5")


- 3 = 22 cm (9")

Oversigt over Liko UniversalSling, model 000

Produkt	Varenr.	Størrelse	Brugervægt ¹	Maks. belastning ²
Liko UniversalSling	35000--4	S	35-55 kg (77-121 lbs)	200 kg (440 lbs)
Liko UniversalSling	35000--1	M-Slim (lille voksen)	45-70 kg (99-154 lbs)	200 kg (440 lbs)
Liko UniversalSling	35000--5	M	60-90 kg (132-198 lbs)	200 kg (440 lbs)
Liko UniversalSling	35000--6	L	80-120 kg (176-264 lbs)	200 kg (440 lbs)
Liko UniversalSling	35000--7	XL	>110 kg (>242 lbs)	300 kg (660 lbs)

¹ Den angivne brugervægt er kun vejledende – Afvigelser forekommer.

² For at bibeholde maks. belastningen kræves en lift/tilbehør, der er beregnet til samme belastning eller større.



Anbefalede kombinationer:

Anbefalede kombinationer med Liko™ UniversalSling og Likos løftebøjler:	Mini 220	Løftebøjle 350 ³	Løftebøjle 450 ¹	Løftebøjle 600 ⁴	Dobbeltbøjle 670 ²	Sling Cross-bar 450	Sling Cross-bar 670	Univ. Sidebøjler + Universal 350	Univ. Sidebøjler + Universal 450
UniversalSling, S	3	2	1	3	2	1	2	2	2
UniversalSling, M-Slim	3	2	1	3	1	1	1	1	1
UniversalSling, M	3	2	1	3	1	1	1	1	1
UniversalSling, L	3	2	1	1	1	1	1	1	1
UniversalSling, XL	3	3	2	1	1	1	1	1	1

¹ Løftebøjle 450 passer til Universal SlingBar 450 Varenr. 3156075, 3156085 og 3156095, Løftebøjle Standard 450 Varenr. 3156001, 3156003, 3156007 og 3156016, samt SlingGuard 450 Varenr. 3308020 og 3308520.

² Dobbeltbøjle 670 passer til Universal TwinBar 670 Varenr. 3156077 og 3156087 samt SlingGuard 670 dobbeltbøjle Varenr. 3308040 og 3308540.

³ Løftebøjle 350 passer til Universal SlingBar 350 Varenr. 3156074, 3156084 og 3156094.

⁴ Løftebøjle 600 passer til Universal SlingBar 600 Varenr. 3156076 og 3156086.

Forklaring: 1 = Anbefales, 2 = Acceptabel, 3 = Frarådes, 4 = Uegnet

Øvrige kombinationer

Andre kombinationer af tilbehør/produkter end de af Liko anbefalede, kan medføre en risiko for brugerens sikkerhed.



www.hillrom.com

Liko AB
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Sverige
+46 (0)920 474700

Liko AB er et datterselskab under Hill-Rom Holdings, Inc.

Enhancing outcomes for
patients and their caregivers:

Hill-Rom