Brugsanvisning til ADL Multi Support® XXL

Produktbeskrivelse

- ADL Multi Support® er en viskoelastisk to-lags skummadras til forebyggelse af tryksår og til terapeutisk støtte ved høj risiko / grad III. Velegnet også som komfortmadras til plejesenge i hjemmepleje og på institutioner. Egnet til patienter, der vejer mellem 80 og 200 kg.

Anbefalinger

- Den første forebyggende foranstaltning mod tryksår hos sengeliggende patienter består i at ændre kroppens trykpunkter på madrassen i gennemsnit hver tredje time, for at undgå for langvarig kompression af blodkarrene ved knoglefremspring og sikre blodgennemstrømningen i vævet. For at bevare madrassens ydeevne, må sengetøjet ikke strammes for meget.

Leveringsomfang

- 1 x ADL Multi Support® XXL
- 1 x heldækkende PU-betræk

Montering

- Madrassen leveres klar til brug.
- Placer madrassen med den mørkeblå side af betrækket vendt opad.
- Sørg for, at hoved- og fodenden af sengen er placeret korrekt. Fodenden kan genkendes på det hvide tryk med fødderne og plejeanvisningerne på den mørkeblå side af PU-betrækket.
- I tilfælde af madrassens kerne udgør det visco-skumlag liggefladen, mens det glatte skum udgør undersiden Udskæringer i skumkroppen skal være i hoveddelen. Den lette fordybning befinder sig i foddelen.

Indikationer

- Middel til høj risiko for tryksår i henhold til skalaen og lægelig vurdering.
- Eksisterende tryksår: efter lægelig rådgivning.

Kontraindikationer

- Ingen

Rengøring/desinfektion

- Rengør og desinficer før genbrug.
- PU-beskyttelsesbetrækket kan vaskes ved op til 95 °C og tørres i tørretumbler ved op til 50 °C.

Betrækket kan behandles ved en termisk proces. Der kan også udføres dampsterilisering.



- Madras: Under brug bør madrassen rengøres en gang om ugen med en fugtig klud. Til dette formål kan der anvendes et mildt, almindeligt rengørings- og desinfektionsmiddel. Brug ikke midler, der indeholder aldehyder. Det er også muligt, at udføre desinfektion ved aftørring, hvis virkningsspektret og indvirkningstiden overholdes.

Anbefalinger vedrørende desinfektionsmidler

- BACILLOCID RASANT (BODE), BACILLOL AF (BODE), BACCILOCID SPEZIAL (BODE), KOHRSOLIN FF (BODE), KOHRSOLIN (BODE), MICROBAC FORTE (BODE), DISMOZON PUR (BODE), INCIDIN FOAM (ECOLAB), INDUR DES (ECOLAB).

Sikkerhed

- Sørg for, at sengehestens mindste højde er på 22 cm, hvis madrassen bruges i senge med sengeheste.
- DIN EN 1970 : 2000 (standard for sengehestenes dimensioner).
- Ingen begrænsninger ved justerbar liggeflade.

Oplysninger om beskyttelsesbetrækket

- Madrassen (topmadrassen) bør altid dækkes med det medfølgende, helt tørre beskyttelsesbetræk. Skummaterialets gentagne kontakt med væsker ændrer dets evne til at beskytte kroppen på en konsekvent og vedvarende måde og til at aflaste tryk.
- Beskyttelsesbetrækket kan tages af takket være en ensidet lynlås i fodenden.
- Undgå beskyttelsesbetrækkets direkte kontakt med slibende, ætsende produkter eller opløsningsmidler samt spidse eller skærende genstande.
- Kontroller regelmæssigt beskyttelsesbetrækket for almindeligt slid, og udskift det, hvis det er beskadiget (hul, revne, ændret overfladeudseende, gennemsigtighed ved lyspåvirkning).

Oplysninger om madrassen

- Undgå madrassens direkte kontakt med spidse eller skarpe genstande.
- Undgå, at skummet udsættes for fugt i længere tid.
- Udfør regelmæssigt en visuel kontrol af skummaterialet; synlige fordybninger i materialet eller en uregelmæssig eller for lille viskoelasticitet af skummaterialet er tegn på ældning og forringer madrassens evne til at forebygge tryksår.
- Madrassen må kun bruges, hvis den er i ubeskadiget tilstand.
- I tilfælde af en varig, utilsigtet og uoprettelig deformation af materialet, der forringer dens oprindelige funktion, bør du kontakte din forhandler.
- Heldækkende PU-betræk, svært antændeligt i henhold til Crib 5.

Opbevaring

- Produktet skal opbevares tørt, skal beskyttes mod sollys, ved en temperatur på 5° til 35°C og skal have stuetemperatur før brug. Farveændringer i madrassens skum skyldes tekniske årsager eller lyspåvirkning og påvirker ikke produktets kvalitet; de udgør derfor ikke en mangel.

Garanti

- Garantien på madrassen (topmadrassen) udgør 3 år. Garantien gælder fra den dag, du køber produktet hos din forhandler. Ved brug af en enkelt patient dækker garantien både madrassen (topmadrassen) og det tilhørende beskyttelsesbetræk. Hvis produktet anvendes af flere patienter, er garantiperioden for beskyttelsesbetrækket begrænset til et år. Garantien dækker ikke almindelig slitage på produktet og dets beskyttelsesbetræk og træder ikke i stedet for den lovbestemte garanti. Kontakt din forhandler og medbring produktet, der er genstand for reklamationen. Forhandleren tager de nødvendige skridt over for vores virksomhed, så enten en reparation eller en ombytning kan finde sted.
  Vores plejevejledning og garantibetingelser findes på **www.adl-gmbh.de.**

Oplysninger om materialerne:

Madras	– Overlag: Visko-skum
	– Underlag: PU-skum
Betræk	– Polyuretan

Mål og vægt i brugsklar tilstand:

Madrasser

- 198 x 90 x 16 cm (længde x bredde x højde) – 8,5 kg
- 200 x 105 x 16 cm (længde x bredde x højde) – 9,1 kg

Rumvægt

- Overlag: 52 kg/m^3
- Underlag: 35 kg/m^3

Indtrykshårdhed

- Overlag: 2,5 kPa
- Underlag: 5,5 kPa

CE

ADL® Anti Dekubitus Lagerungssysteme GmbH • Im Flürchen 1 • D-99334 Amt Wachsenburg
Telefon: +49 (3 62 02) 75 19 - 0 • Telefax: +49 (3 62 02) 75 19-12 • E-mail: info@adl-gmbh.de • Internet: www.adl-gmbh.de