











Pro-care Auto Plus Quickguide

Brug for hjælp?
Se videoguides her:







 **ZiboCare**[®]
PART OF ASKER HEALTHCARE GROUP

	Power	Tænd/sluk for pumpen.
	Låsefunktion	Når den grønne diode ud for låsefunktionen lyser, er panelet låst. For at låse/låse op, tryk på hængelås-symbolet i 5 sek. til det grønne lys tænder/slukker. Panelet låses automatisk, når det ikke har været i brug i 3 min.
	Plejefunktion/ Max firm	Funktionen benyttes ved pleje/mobilisering. Madrassen bliver hård/statisk. Funktionen slår automatisk fra efter 20 minutter og vender derefter tilbage til den forrige indstilling. For manuelt at slå funktionen fra, trykkes på plejefunktions-knappen igen.
	Automatisk trykindstilling	Justerer trykket i madrassen baseret på patientens vægt. Når der kun er ét lys, er trykket indstillet. OBS! Pumpen indstiller løbende trykket alt efter brugerens position.
	Terapi-valg	<p> Vekseltryk: Systemet oppuster og tømmer kontinuerligt hver 2. luftcelle for at give brugeren trykaflastning.</p> <p> Vekseltryk - pulserende: Systemet oppuster og tømmer kontinuerligt hver 2. luftcelle for at give brugeren trykaflastning. Cellerne pustes op ved lavere tryk og tømmes ved højere tryk sammenlignet med almindelig vekseltryk. Dette giver en mere rolig madras.</p> <p> Konstant lavt tryk: Systemet fordeler brugerens kropsmasse over et større overfladeareal ved et konstant lavt tryk. Alle luftceller pustes lige meget op, og trykket er derfor ens i alle celler.</p>
	Komfortindstilling / Tuning	“0” er det tryk, systemet automatisk finder. “+” er et lidt højere tryk = mere fast madras. “-” er et lidt lavere tryk = blødere madras.
	Cyklustider	Der er fire cyklustider: 10, 15, 20 og 25 minutter.
	Alarm	Ved tryk på alarmknappen, gøres alarmer midlertidigt lydløse. Hvis situationen ikke løses inden for 3 minutter, går alarmer i gang igen.

Se årsager til alarmer på næste side 

Pro-care Auto Plus Alarmer

Lavt tryk	Lavt tryk-lampen lyser orange ud for symbolet: 
Årsag	CPR-ventilen kan være udløst/drejet, eller der er en lækage i madrassen.
Løsning	Luk CPR-ventilen eller tjek mulig lækage i madrassen eller utæthed i celle/luftslange. Tjek at slangerne er sat ordentligt fast ind i pumpen.
Højt tryk	Højt tryk-lampen lyser orange ud for symbolet: 
Årsag	Der er for højt tryk i madrassystemet.
Løsning	Åbn ind til cellerne i madrassen. Se om luftledninger ligger frit. Ledningerne kan være bukket/klemt, så luften ikke kan passere. Frigør ledningerne og afvent om alarmer stopper - ellers tilkald service.
Strømsvigt	Strømsvigt-lampen lyser orange ud for symbolet: 
Årsag	Fejl i strømforsyningen, der er slukket for stikkontakten, ledningen er frakoblet eller beskadiget eller der er slukket for pumpen.
Løsning	Sæt ledningen i stikkontakten eller pumpen. Er ledningen beskadiget, udskiftes den. Tjek at pumpen er tændt.
Service / Tid til serviceeftersyn	En orange lampe lyser ud for servicesymbolet: 
Årsag	Tilstoppet filter eller slidt pumpemembran.
Løsning	Se service- og vedligeholdelsesguide, brug service-kit eller kontakt ZiboCare for hjælp.
Nødsituation / Hjertestop, CPR	Den røde CPR-ventil findes på siden af madrassen i dens hovedende.
Løsning	CPR-ventilen drejes, så luften hurtigt tømmes af madrassen. Luftslangen kan også kobles fra pumpen så madrassen tømmes hurtigt.

Transport

Ved transport tag den røde strømledning ud af stikkontakten, og placer den, så den ikke er i vejen under transport. Madrassen kan holde luft i op til 6 timer. Det er ikke nødvendigt at fjerne luftslangen fra pumpen under transport – lad derfor luftslangen blive siddende i pumpen.

Rengøring

Madrassen tørres af i sæbevand og desinfektionsmiddel. Pumpen desinficeres med almindelige rengørings- og desinfektionsmidler på en klud. Betrækket kan vaskes ved max 95 grader C.