

CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OCProduct
Produit

Luminaire for medical use

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeurGlamox AS
Birger Hatlebakks veg 15
6405 MOLDE
NorwayName and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricantGlamox AS
Birger Hatlebakks veg 15
6405 MOLDE
NorwayName and address of the factory
Nom et adresse de l'usineGlamox AS, BU Production Kirkenær
Bruksveien 7
2260 Kirkenær
NorwayNote: When more than one factory, please report on page 2
Note: Lorsque il y plus d'une usine, veuillez utiliser la deuxième page Additional information on page 2Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales40VA 100-240V AC 50-60Hz, Cl. I.
No applied partTrademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)Type of Manufacturer's Testing Laboratories used
Type de programme du laboratoire d'essais constructeur

EPIC LED

Model / Type Ref.
Ref. De type Additional information on page 2

Additional information (if necessary may also be reported on page 2)

Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être indiqués sur la deuxième page

A sample of the product was tested and found to be in conformity with

Un échantillon de ce produit a été essayé et a été considéré conforme à la

IEC 60601-1:2005, IEC 60601-1:2005/AMD1:2012
IEC 60601-2-41:2009, IEC 60601-2-41:2009/AMD1:2013
IEC 60601-1-6:2010, IEC 60601-1-6:2010/AMD1:2013
IEC 60601-1-2:2014

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part of this Certificate

377476

Comme indiqué dans le Rapport de tests numéro de référence qui constitue partie de ce Certificat

This certificate replaces the certificate NO105479, due to the technical modification

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat de test OC est établi par l'Organisme National de CertificationPhilip Pedersen vei 11,
NO-1366 Lysaker, Norway

Date: 09-07-2019

Signature: Juan Z. Saussey
Certification Department

CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OCProduct
Produit

Luminaire for medical use

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeurGlamox AS
Birger Hatlebakks veg 15
6405 MOLDE
NorwayName and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricantGlamox AS
Birger Hatlebakks veg 15
6405 MOLDE
NorwayName and address of the factory
Nom et adresse de l'usineGlamox AS, BU Production Kirkenær
Bruksveien 7
2260 Kirkenær
NorwayNote: When more than one factory, please report on page 2
Note: Lorsque il y a plus d'une usine, veuillez utiliser la deuxième page Additional information on page 2Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales40VA 100-240V AC 50-60Hz Cl. I.
No applied partTrademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)Type of Manufacturer's Testing Laboratories used
Type de programme du laboratoire d'essais constructeur

Circus LED

Model / Type Ref.
Ref. De type Additional information on page 2Additional information (if necessary may also be reported on page 2)
Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être indiqués sur la deuxième pageA sample of the product was tested and found to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été considéré conforme à laIEC 60601-1:2005, IEC 60601-1:2005/AMD1:2012
IEC 60601-2-41:2009, IEC 60601-2-41:2009/AMD1:2013
IEC 60601-1-6:2010, IEC 60601-1-6:2010/AMD1:2013
IEC 60601-1-2:2014

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part of this Certificate

377476

Comme indiqué dans le Rapport de tests numéro de référence qui constitue partie de ce Certificat

This certificate replaces the certificate NO105480, due to the technical modification

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat de test OC est établi par l'Organisme **National de Certification**Philip Pedersen vei 11,
NO-1366 Lysaker, Norway

Date: 09-07-2019

Signature: Juan Z. Saussey
Certification Department