

FOLLO CORPUS M



 FOLLO FUTURA

**EC DECLARATION OF CONFORMITY FOR
MACHINERY AND MEDICAL DEVICES**

Manufacturer: *Follo Industrier AS*

Address: *Brekkeveien 43
1430 Ås
NORWAY*

Herewith declares that: *FOLLO CORPUS U (113-119...)*

- is in conformity with the provisions of the Machinery Directive (Directive 89/392/EEC, 91/368/EEC, 93/44/EEC annex I) and Medical Devices Directive (93/42/EEC annex VII)

Class I.

21.03.02 Ås, Norway



*Ingar Bjerklund
Managing Director*

FOLLO CORPUS M

We congratulate you on choosing a Follo Corpus product. This instruction information makes it able for you to take full advantage of the product from the first day in use. Please read these instructions carefully before taking the product into use.

Contents: Check list, unpacking/Installation, safety information, how to use, maintenance instructions, technical specifications and spare parts list

ORDER NO.:
COLOUR:
SERIAL NO.:

FUNCTION TEST:	
<input type="checkbox"/> Bottom frame (screws, plastic parts, surface)	<input type="checkbox"/> 110 Voltage <input type="checkbox"/> 220 Voltage
<input type="checkbox"/> Top frame (screws, plastic parts, surface)	<input type="checkbox"/> Cushions (colour, screws, surface)
<input type="checkbox"/> Surfaces (no damages)	<input type="checkbox"/> Paper roll holder
<input type="checkbox"/> Drainage (lock tite, lock release label L& R)	<input type="checkbox"/> Foot pedal, lowering/raising. (Screws)
<input type="checkbox"/> Rail (max/min)	<input type="checkbox"/> Labels (adjusting level, lock release, serial nr., warning signs)
<input type="checkbox"/> Raising (function/noise)	<input type="checkbox"/> Enclosed instructions

ASSEMBLED (date/sign.):	
-------------------------	--

END CONTROLLED (date/sign.):	
------------------------------	--




PACKING CONTROL: (date/sign.):	
--------------------------------	--

FOLLO FUTURA AS - POSTBOKS 112 - 1430 ÅS - NORWAY

WWW.FOLLO-FUTURA.NO

FOLLO CORPUS M

113-119xxx





FOLLO CORPUS M

Utpakking/installering

1. Vær forsiktig ved åpning av emballasjen, kniv eller skarpe gjenstander skal IKKE brukes da det kan skade produktet.
2. Sjekk at produktet ikke har transportskader.

Sikkerhetsinformasjon

1. Gjør deg kjent med benkens håndtak og brytere før betjening.
2. Ved justering pass på at ikke noe kommer i klem.
3. Benken må ikke belastes med mer angitt vekt.

Bruerveiledning (tegning side 4)

Høydeinnstilling av elektriske benker: Betjen pedalene (10) og juster til ønsket høyde.

Høydeinnstilling av hydrauliske benker: Pump med bøylen (12) og juster til ønsket høyde. Løft bøylen for å senke benken.

Justering av hodepute (2): håndtak (3) foranlunder hodeputen løser ut låsingen slik at kan vippes opp eller ned (4). Slippes håndtaket blir hodeputen stående låst i stillingen.

Justering av bakpute (5) BAS Ø CERVI: heving av bakputen skjer ved å ta tak i puten og justere den til ønsket posisjon (7). Puten blir stående når den slippes. Skal puten senkes må man betjene håndtak (6) på siden og under bakputen samtidig med at man holder i puten. Senk puten til ønsket posisjon og slipp håndtaket. Puten blir da stående. Det er håndtak på begge sider.

Justering av armputer (8) CERVI: Armputer kan justeres i høyde og posisjon ved å løsne på håndtak (9) under armputen. For at justeringen skal bli optimal er det to håndtak på hver armpute. Armputen låses i ønsket posisjon ved å stramme håndtaket.

Justering av drenasje: Heving og senking av drenasje skjer ved å ta tak bakerst på bakputen(5) og løsne håndtaket(13). Deretter vippesjusteres putene til ønsket posisjon (14). Låse posisjonen ved å stramme håndtaket(14) igjen. Det er håndtak på begge sider.

Heving av hiul (1): For å bevege benken, trykkes hjulpedalen ned. For å sette benken på føttene, løftes hjulpedalen opp.

Vedlikehold/ettersyn

Hver tredje måned sjekkes følgende:

1. Hjulene løper lett.
2. Det er ingen skader eller slitasje på ledningene.
3. Sjekk at høydejusteringen og alle håndtak/betjeningshendler og pedaler virker som de skal.
4. Påfør et tynt lag med vanlig silikonspray på glideflater.

Rengjøring

For å oppnå et bra utseende må skaien rengjøres regelmessig. En myk klut og varmt såpevann skal benyttes. Mild såpe og såpeflak anbefales, rester av såpen fjernes med kaldt vann, tørk deretter med en myk klut. Hvis skitten har satt seg fast, kan børste benyttes.

Skai er motstandsdyktig mot milde syrer, alkaliske væsker og husholdningsflekker. Flekker av kulepenn, leppestift, aviser og matrester kan bli sittende fast og må fjernes straks med en myk klut eller svamp fuktet i såpevann. Legg ikke varme/kalde pakninger direkte på skaien. Oppløsningsmiddel, vokspolish, sterk syntetisk vaskemiddel eller kjemisk vaskemiddel skal ikke brukes. Bruk av disse ødelegger plasten, stoff stivner og brister.

Hydrauliske modeller: Hydraulikk sylindere er fylt opp og klargjort fra fabrikk, men kan i enkelte tilfeller ha behov for utlufting av oppsamlet luft i pumpen. For utbedring av dette, pumpes benken opp til maksimal høyde, og pumpen aktiviseres 4-6 ganger ved hjelp av fotpedalen.

Elektriske modeller: Elektromotoren er klargjort og testet fra fabrikk, men ved feilfunksjon bør følgende kontrolleres:

1. Kontroller at ledningsstøpselet er fullstendig festet.
2. Kontroller at elektrisk kontakt på motor er ordentlig festet.
3. Kontroller at luftslangen fra bryteren er ordentlig innpresset i begge ender. Slangen skal være hel, pass på at den ikke er sammenklemt.

Tekniske spesifikasjoner

Vekt:	75 kg	Bredde:	70 cm	Lengde:	196 cm
Høyde min/maks:	45/97 cm	Max belastning dynamisk:	170 kg	Max belastning statisk:	250 kg



FOLLO CORPUS M

Utpackingsinstallation

1. Var försiktig vid öppning av emballaget, kniv eller skarpa verktyg skall INTE användas då det kan skada bänken eller liggytan.
2. Kolla att bänken inte har transportskador. Anmäl detta till transportören ASG.

Säkerhetsinformation

1. Bekanta dig med bänkens handtag och manöverfunktioner.
2. Vid höjjustering se till att inget kommer i kläm mellan ramens rörliga delar.
3. Bänken får inte belastas med mer än angiven vikt. Max 170kg

Bruksanvisning (ritning sida 4)

Höjinställning av elektriska bänkar: Använd pedalen (10) och justera till önskad höjd.

Höjinställning av hydrauliska bänkar: Pumpa med bygeln (12) och justera till önskad höjd.

Lyft bygeln för att sänka bänken.

Justering av huvuddyna (2): Handtag (3) framtill/under dynan frigör låsningen så att dynan kan vinklas upp eller ned (4). Släpp handtaget och huvuddynan stannar i detta läge.

Justering av bendyna (5) BAS och CERVI: Vinkling sker med att ta tag i dynan och lyfta den till önskad position (7). Dynan stannar i inställt läge även med belastning. Skall dynan sänkas använd handtag (6) på sidan/under bendynan samtidigt med att man håller i dynan. Sänk till önskad position och släpp handtaget. Dynan blir stående i denna position. Handtag finns på bägge sidor.

Justering av armdyna (8) CERVI: Armdynan kan justeras i höjd med låshandtag (9) under dynan. För att optimal inställning finns två handtag på varje armdyna. Låses i önskat läge genom att dra åt handtaget igen. Dynorna går att justera i sidled utan att lossa fixeringen.

Höjning av hjul (1):

Underhall/översyn

Var tredje månad bör följande kollas:

1. Hjulen löper lätt.
2. Ingen skada eller slitage på kontaktdon och ledningar.
3. Kolla att höjjusteringen och alla handtag och pedaler fungerar som de skall.
4. Smörj med ett tunt lager vanligt 5/56spray eller vaselin på glidytor.

Rengöring

Vävplasten skall rengöras regelbundet. En mjuk trasa och mildt tvättmedel används. Mildt tvåltvättmedel bör användas, rester av såpan tas bort med kallt vatten, torka efter med en mjuk trasa. Hårt sittande smuts använd en tvättborste.

Tvätta av svett efter varje behandling.

Skaften tål milda syror, alkaliska vätskor samt diverse andra fläckar. Fläckar av kulspetspenna, läppestift, tidningar och matrester kan vara svåra att ta bort. Ta bort genast med en trasa eller svamp fuktad i ren såpa. Lägg ALDRIG värme/kyl packningar direkt på liggytan.

Lösningsmedel, vaxpolisch, starka syntetiska tvättmedel eller medel som innehåller slipmedel skall inte användas. Dessa kan förstöra plasten, vävplasten blir stel och spricker.

Hydrauliska bänkar: Hydraul cylindern är fylld med olja och klar från fabriken. I vissa fall kan luftning av pumpen vara nödvändigt. Gör så här: Pumpa bänken upp till maximal höjd, pumpa ytterligare 4-6 gånger med fotpedalen.

Elektriska bänkar: Motorn är klar och testad i fabriken, men vid felfunktion bör följande kontrolleras:

1. Att alla kablar och anslutningar har god kontakt.
2. Att elektriska kontaktdon på motorn är ordentligt fästade och att vägguttaget fungerar.
3. Kontrollera att luftslangen från manöverdosan är ordentligt inpressat i bägge ändar. Slangen skall vara hel se till att den inte är ihopklämd.

Tekniska specifikationer

Vikt:	75 kg	Bredd	70 cm	Längd	196 cm
Höjd min/maks:	45/97 cm	Max belastning dynamisk:	170 kg	Max belastning statisk:	250 kg

Follo Corpus M

Unpacking/installation

1. Take care when removing packing materials. DO NOT use a knife or other sharp instrument to avoid damaging the contents.
2. Inspect the bench for transport damage.

Safety instructions

1. Study and learn the operation of the handles and switches.
2. Take care to avoid pinching when making adjustments.
3. Do not overload the bench.

How to use (drawing on page 4)

Height adjustment of electrically powered benches: Use the pedals (10) to adjust the bench to the required height.

Height adjustment of hydraulically powered benches: Pump the bar (12) and adjust the bench to the required height. Lift the bar to lower the bench.

Adjustment of head cushion (2): The handle (3) in front of/beneath the head cushion, releases the head cushion locking device enabling it to be tilted up or down (4). The head cushion is locked into position when the handle is released.

Adjustment of rear cushion (5) BAS and CERVI: To raise the rear cushion, grip the cushion and adjust to the required position (7). The cushion will remain in position when released. To lower the cushion, use the handle (6) at the side of and beneath the rear cushion, gripping the cushion at the same time. Lower the cushion to the required position and release the handle. The cushion will then remain in position. There are adjustment handles on both sides if the bench.

Adjustment of armrest (8) CERVI: The position and height of the armrests can be adjusted by loosening the handle (9) underneath the armrest. To provide optimum adjustment, there are two handles on each armrest. Lock the armrest in position by tightening the handles.

Adjustment of drainage: To adjust drainage, grip the rear end of the rear cushion (5) and loosen the handle (13). The cushions can then be tilted/adjusted to the required position (4). Lock in position by tightening the handle (14). There are handles on both sides of the bench.

To raise wheels (1):

Maintenance instructions

Check the following at regular intervals (every third month):

1. Make sure that all wheels run smoothly.
2. Make sure that the power cables are not damaged or chafed.
3. Check that the height adjustment and that all handles, levers and pedals are functioning properly.
4. Wash and dry the bench and apply a thin layer of ordinary silicon spray to all sliding surfaces.

To maintain the appearance of PVC Coated Fabrics they should be cleaned regularly to remove fatty substances, which may reduce their service life. A soft cloth and warm soapy water should be used to clean the surface of the material. Mild soap or soap flakes are recommended and residual soap should be removed using cold water. The surface should be scrubbed with a soft brush. Solvent cleaners, wax polishes strong detergents and patent chemical cleaners should not be used. The use of these substances is likely to be harmful to the Coat and repeated use can result in the removal of elasticity from the PVC coating, which will result in hardening and subsequent cracking of the material's surface. PVC Coated Fabrics are resistant to most mild acids, alkalis and household stains. Some substances such as ballpoint pen ink, lipstick, newsprint and foodstains may be absorbed by the vinyl and cause permanent staining. This can often be minimised by immediate cleaning with damp, soap cloth or sponge. Never place hot or cold items directly on PVC Coated Fabrics.

Hydraulic models: Hydraulic tables are equipped with a long-life heavy hydraulic lifting unit. However, the unit some times after transport needs an airing. To do that, activate the foot-pedal 4-6 times after the table has come up to maximum level.

Electric models: Electrically powered tables are equipped with a long-life maintenance-free electric motor. Should any problems occur with this unit please check the following items:

1. Check the plug to see that it is securely plugged into the electric outlet.
2. Check the electric plug on the electric motor to see that it is fastened properly.
3. Check the air tube to the switch to see that the tube is not crushed or disconnected.

Technical specifications

Weight:	75 kg	Width:	70 cm	Length:	196 cm
Height min/max:	45/97 cm	Max load dynamic:	170 kg	Max load static:	250 kg

Follo Corpus M

Auspacken/installieren

1. Vorsicht beim Öffnen der Verpackung. Bitte Verpackung nicht mit Messer o.ä. aufschneiden. Der Inhalt könnte beschädigt werden.
2. Liege auf eventuelle Transportschäden prüfen.

Sicherheitsinformation

1. Machen Sie sich mit Handgriffen und Bedienungsknöpfen der Liege vertraut.
2. Vergewissern Sie sich beim Justieren, dass nichts eingeklemmt wird.
3. Liege niemals mit mehr als dem angegebenen Gewicht belasten.

Bedienungsanleitung (Sehen die Zeichnung auf der vierte Seite).

Höheneinstellung der elektrischen Liege: Pedalen bedienen (10) und auf gewünschte Höhe einstellen.

Höheneinstellung hydraulischer Ligen: Mit dem Bügel (12) pumper und auf gewünschte Höhe einstellen.

Einstellung der Kopfstütze (2): Handgriff (3) vorn/unter der Kopfstütze löst Sperre der Kopfstütze aus, so dass sie hoch-oder herunterkippen kann (4). Beim Loslassen des Handgriffs rastet die kopfstütze in der Position ein

Justierung des unteren Polsters der Liege (5) BAS und CERVI : → Man hebt das untere Ligenpolster an, indem man es anpackt und in die gewünschte Position (7) bringt. Das Polster bleibt dann so stehen. Handgriffe gibt es beiden Seiten.

Justierung der Armpolster (8) CERVI: Armpolster können durch Lockerung der Handgriffe (9) auf der Unterseite in Höhe und Position justiert werden. Um optimale Justierung zu gewährleisten, hat jedes zwei handgriffe. Armpolster werden durch Anziehen der Handgriffe feststellt.

Justierung der Drainage: Die Drainage lässt sich heben und senken, indem man hinten am unteren polster anpackt (5) und den Handgriff lockert (13). Danach werden die Polster gekippt und in die richtige position gebracht (14). Position durch Anziehen des Handgriffs (14) feststellen. Handgriffen gibt es auf beiden Seiten.

Heben die Räder (1)

Instandhaltung/inspektion

Folgende Punkte regelmässig (vierteljährlich) kontrollieren:

1. Leichtgängigkeit der Räder.
2. Leitungen auf Beschädigung und Abnutzung prüfen.
3. Schalter für Höhenverstellung auf einwandfreie Funktion und sichtbare Schäden untersuchen.
4. Handgriffe zur Bedienung der Polster auf einwandfreie Funktion prüfen.
5. Liege abwischen und Gleitflächen mit einer feinen Schicht handelsüblichen Silikonsprays besprühen.

Die Polster-Oberflächen der Therapieliegen sollten regelmäßig von fetthaltigen Substanzen befreit werden. Dazu verwenden Sie bitte ein wisches Tuch und warmes Seifenwasser. Zu empfehlen ist eine milde Seife oder Seifenflocken. Rückstände entfernen Sie bitte mit kaltem Wasser. Abzuraten ist von Lösungsmitteln, Wachspolituren sowie chemischen Reinigungsmitteln, da dadurch die Oberflächen des Materials angegriffen werden. Verschmutzungen durch Substanzen wie Kugelschreiberinte, Lippenstift, Druckerschwärze oder Lebensmittel entfernen Sie am besten sofort mit einem feuchten Seifentuch oder -schwamm. Legn Sie bitte keine extrem heißen oder kalten Gegenstände auf das Polstermaterial. Nach der Reinigung der Therapieliege geben Sie bitte eine dünne schicht Silikonspray auf die gleitenden Metall-Oberflächen.


Hydraulisches model: Hydraulik-Zylinder sind von Fabrik aus überprüft. Es kann sich jedoch ergeben, dass der Zylinder entlüftet werden muss. Dies geschieht, indem die Behandlungsbank auf max. Höhe gepumpt wird und dann noch weiter 4-6 mal pumpen.

Elektrisches model: Elektromotor sind von Fabrik aus überprüft. Nach dem Treansport sollte jedoch folgendes beachten:

1. Stecker fest in die Steckdose stecken
2. Stecker am anderen Ende des Netzanschlusskabels fest einstecken.
3. Luftschlauch in Schalter fest einstecken und darauf achten, dass Schlauch nicht geknickt ist.


Technische spezifikationen

Gewicht:	75 kg	Breite:	70 cm	Länge:	196 cm
Höhe min/max:	45/97 cm	Höchste Belastung dynamisch:	170 kg	Höchste Belastung statisch:	250 kg




RAIL SWITCH


FOOT SWITCH




DRAINAGE








HYDRAULIC






HEADCUSHION PRIMA and BAS









NB!
SMØRES
Pos: 5. 7. 15



PAPER ROLL HOLDER 119-40000-95



SIDE GRIND 113-125200



Follo Corpus M 113-119xxx

Pos	Qty	Ref. no.	Dim	Benevnelse	Description
1	1	40000-1		BUNNRAMME	LOWER FRAME
2	1	40000-5		PARALLELLSTAG	TRACK ROD
3	2/1	40000-2		VUGGE /LØFTEAM	LIFTING ARM
4	2	40000-3		STØTTERØR	SUPPORT Ø
5	4	40000-4		AKSEL FOR VUGGE	AXEL FOR LIFTING ARM
6	1	40000-5-4		AVSTANDSRØR	DISTANCE TUBE
7	2	40000-5-3		LAGER/DISTANSERØR	BEARING/DISTANSE TUBE
8	2	560-003805	M12x130	SKRUE	SCREW
9	1	40000-56		VENSTRE FOT	LEFT FOOT
10	2	40000-55		HØYRE FOT	RIGHT FOOT
11	1	40000-58		JUSTREINGS FOT VENSTRE	ADJUSTING FOOT LEFT
12	4	591-001964	SW17	PLAST MUTTERHETTE	PLASTIC CAP
13	2	40000-1-24		BOLT	BOLT
14	1	40000-1-25		MEDBRINGER TIL HJULLØFT	CARRIER
15	4	40000-1-26		GLIDER FOR HJUL	GLIDER FOR WHEEL
16	1	40000-1-28		HJULLØFT AKSEL	WHEEL AXLE SHORT
17	1	40000-1-27		LANG HJULLØFT AKSEL	WHEEL AXLE LONG
18	2	40000-1-51		FESTE FOR FOTBØYLE	FOOT PEDAL FASTENER
19	1	40000-1-33		FOTBØYLE TIL HJULLØFT	FOOT PEDAL LOWERING/RAISING
20	1	562-002005	M8	LÅSEMUTTER	LOCK NUT
21	1	40000-15		MOTORFESTE	MOTOR BRACKET
22	2	591-002998	GL19	PLASTPROPP	PLASTIC PLUG
23	1	40000-77		FRONTPEDAL	FRONTPEDAL
24	2	560-002580	M8x12	UMBRAKO FORSENK. SKRUE	C.SUNK ALLEN SCREW
25	1	40000-76		FRONT OPPHENEG	BRACKET
26	2	40000-78		FORING TIL FRONTPEDAL	BUSHING
27	3	560-002397	M6x55	INNV.6KT SKRUE	ALLEN BOLT
28	1	40000-75		PEDAL FESTE	PEDAL FASTENER
29	4	591-000242	Ø 25.4	HULLPLUGG	PLASTIC PLUG
30	1	40000-71		MEDBRINGER	DRIVER
31	2	581-000511		FJÆR	SPRING
32	1	40000-94		EL-PEDAL	EL. PEDAL
33	1	591-003302	F 30x10	PLASTINNSATS	PLASTIC PLUG
34	1	670-004225		MOTOR LA31 24V 4E	MOTOR LA31 24V 4E
35	1	530-117616		PLAST LAGER	PLASTIC WASHER
36	1	571-000494	A10	SEEGERRING	SEEGERRING
37	1	212-49	Ø12	AKSEL	AXLE
38	2	572-001999	Ø8/Ø25	SKJERMSKIVE	WASHER
39	4	560-002031	M6x50	SKRUE	SCREW
40	1	40000-79		POM HYLSE	TUBE
41	5	572-001851	Ø6.4	SKIVE	WASHER
42	4	560-001971	M10x25	SKRUE	SCREW
43	1	560-003924	M8x55	INNV.6KT SKRUE	ALLEN BOLT
44	4	572-003200	Ø10,5/30x2,5	SKIVE	WASHER
45	2	572-001997	Ø12/30	SKJERMSKIVE	WASHER
46	2	561-001837	Ø3.5X13	PAN PLATESKRUE	PAN SCREW
47	2	212-93		FORING	BUSHING
48	2	562-001846	M8	LÅSEMUTTER	LOCK NUT
49	2	560-003714	M8x8	SETTSKRUE	PIN SCREW
50	1	562-001985	M8	MUTTER	NUT
51	4	571-002682	A8	SEEGER RING	SEEGER RING
52	1	591-002054	MIOx50	STILLBAR FOR	ADJUSTABLE FOOT
53	3	40000-68		GUMMI TIL FOT	RUBBER FOOT
54	4	560-002041	M10x20	INNV.6-KT SKRUE	SCREW
55	4	532-004170		HJUL	WHEEL
56	8	591-002990	F 60x40	PLAST PLUGG	PLASTIC PLUG
57	1	562-002002	M10	MUTTER	NUT
58	2	572-002691	Ø12	BØLGESKIVE	SPRING WASHER
59	4	591-002146	F40x40	PLASTPLUGG	PLASTICPLUG
60	1	586-003160		GASSDEMPER	GAS SPRING

Pos	Qty	Ref. no.	Dim	Benevnelse	Description
61	4	562-001846	M8	LÅSEMUTTER	LOCK NUT
62	1	560-001837	M8x25	6-KT SKRUE	SCREW
63	1	560-001982	M8x45	6-KT SKRUE	SCREW
64	8	560-002823	M12x25	SKRUE	SCREW
65	12	572-001848	Ø13	SKIVE	WASHER
66	16	591-001963	SW 19	PLAST MUTTERHETTE	PLASTIC CAP
67	8	562-001844	M12	LÅSEMUTTER	LOCK NUT
68	2	571-002597	A16	SEEGERRING	SEEGER RING
69	1	40000-95		PAPIRRULL HOLDER	PAPER ROLL HOLDER
70	1	591-002438	GL25	PLAST PLUGG	PLASTIC PLUG
71	2	560-001840	M8x40	INNV.6KT. SKRUE	SCREW
75	2	560-002824	M8x35	INNV.6KT. SKRUE	SCREW
76	1	571-002596	A12	SEEGERRING	SEEGERRING
77	2	591-000274	F50x20	PLAST PLUGG	PLASTIC PLUG
79	1	40000-66		FESTERAMME FOR SIDEGRIND	FASTEN FRAME FOR SIDE SUPPORT
80	8	567-004097	MIOx20	STJERNERATT	HANDLE
81	8	530-000546		FORING	BEARING
82	4	572-001959	Ø20/Ø10	SKIVE	WASHER
83	4	572-001997	Ø30/Ø10	STOR SKIVE	LARGE WASHER
84	4	40000-66-5		FESTEARM	ARM
85	4	40000-66-10		PUTEFESTE	FASTEN FOR CUSHION
86	8	561-000761	Ø5x30	TRESKRUE	WOOD SCREW
87	4	591-003302	F 30x10	PLAST PLUGG	PLASTIC PLUG
88	2	480-40000-66-15		PUTE TIL SIDEGRIND	CUSHION FOR SIDE SUPPORT
89	2	576-000696	Ø8x30	SPENNSTIFT	LOCK PIN
90	4	562-002003	M12	MUTTER	NUT
91	8	560-004122	M6x25	PANHODESKRUE	SCREW
92	8	40000-84-04		GLIDEHYLSE	SHELL
93	4	40000-84-03		LÅSEHYLSE	LOCK SHELL
94	4	570-001978	Ø8	TANNSKIVE	WASHER
95	16	572-001847	Ø8	SKIVE	WASHER
96	2	560-003320	M8x20	SKRUE	SCREW
97	10	560-000272	M6x40	MASKINSKRUE	SCREW
98	12	530-0005-16		FORING	BEARING
99	1	560-003804	M12x110	SKRUE	SCREW
100	1	560-003802	M12x90	SKRUE	SCREW
101	4	567-002997	M12	LÅSEHÅNDTAK	LOCK HANDLE
102	4	567-002996	M10x20	LÅSEHÅNDTAK	LOCK HANDLE
103	1	581-002085		FJÆR	SPRING
104	1	560-000487	M8x30	INNV. 6KT. SKRUE	SCREW
105	1	670-004230		HÅNDKONTROLL (EKSTRA)	HAND CONTROL (OPTIONAL)
106	5	562-001846	M8	LÅSEMUTTER	LOCK NUT
107	2	560-003700	M4x6	SETTSKRUE	SCREW
108	2	560-002824	M8x35	SKRUE	SCREW
109	2	560-003804	M12x120	SKRUE	SCREW
110	3	560-003804	M12x120	SKRUE	SCREW
111	1	591-001995	F 40x30	PLASTPLUGG	PLASTIC PLUG
112	4	591-002998	GL 19	PLAST PLUGG	PLASTIC PLUG
115	2	40000-14-4		FESTE FOR HYD. PUMPE	FASTEN.HYDRAULIC PUMP
116	1	675-002905		HYDRAULIKKpumpe	HYDRAULIC PUMP
117	1	40000-28		PUMPEPEDAL HØYRE	RIGHT PUMP PEDAL
118	1	40000-29		PUMPEPEDAL VENSTRE	LEFT PUMP PEDAL
119	4	570-003321	Ø10	SPRENGSKIVE	SPRING WASHER
120	1	40000-6		TOPPRAMME	TOP FRAME
121	1	40000-9		MIDTPUTERAMME	MIDDLE CUSHION FRAME
122	1	40000-7		HODEPUTERAMME	HEAD CUSHION FRAME
123	1	40000-10		BAKPUTERAMME	REAR CUSHION FRAME
124	1	40000-10-3		REG.BOLT F/BAKPUTEPAMME	ADJUSTING ROD
125	1	40000-10-4		REGULERINGS LÅS	MOTOR FASTEN (24V MOTOR)
126	1	40000-10-7		REGULERINGS AKSEL	ADJUSTING AXLE
127	1	40000-8-6		HENDEL	HANDLE

Follo Corpus M 113-119xxx

Pos	Qtv	Ref. no.	Dim	Benevnelse	Description
128	1	40000-8-3		FESTE	HOLDING TUBE
129	5	572-001979	Ø8,4	POM SKIVE	POM WASHER
130	1	40000-11		FESTEDRAGER	FASTEN FOR CUSHION FRAME
131	1	40000-11-3		STØTEROR	SUPPORT TUBE
132	1	4000-12		FESTEDRAGER FOR DRENASJE	FASTEN FOR DRAINAGE
133	1	40000-12-7		LÅSEAKSEL	LOCK AXLE
134	1	40000-12-8		LÅSERØR	LOCK TUBE
135	2	40000-12-5		KORT DISTANSERØR	SHORT DISTANCE TUBE
136	1	40000-12-4		LANGT DISTANSERØR	LONG DISTANCE TUBE
137	2	572-0416-6		SKIVE	WASHER
138	1	567-000459	M6x17	RATT	HANDLE
139	1	40000-67		MUTTER	NUT
140	2	40000-12-9		GAFFEL TIL DRENASJE	DRAINAGE UNIT
141	2	40000-33		ARMPUTE FESTE	ARM CUSHION FASTEN
142	2	40000-53		ARM TIL ARMPUTE	ARM
143	2	40000-32		AKSEL TIL ARMPUTE	AXEL
144	1	480-200-47		ARMPUTE	ARM CUSHION
145	1	480-200-46		SMAL HODEPUTE	HEAD CUSHION
146	1	480-40000-16-6		HEL LIGGEPUTE	CUSHION
147	1	480-40000-16-5		BAKRE PUTE	REAR CUSHION
148	1	480-40000-16-4		MIDTRE PUTE	MIDDLE CUSHION
149	1	480-200-45		HODEPUTE	HEAD CUSHION
150	5	591-000296		PLAST PLUGG	PLASTIC PLUG
151	1	591-001968		PLAST HETTE	PLASTIC CAP
152	1	591-002044		PLAST PLUGG	PLASTIC PLUG
153	2	591-002581	SW13	PLAST PLUGG	PLASTIC PLUG
154	6	572-001847	Ø8.4	SKIVE	WASHER
155	1	560-002039	M6x30	SKRUE	SCREW
156	12	560-000272	M6x40	SKRUE	SCREW
157	4	591-002438	GL 25	PLASTPLUGG	PLASTIC PLUG
159	1	670-004231		FOTKONTAKT	FOOT SWITCH
160	2	560-002782	M8x150	SKRUE	SCREW
161	2	560-000312	M8x80	SKRUE	SCREW
162	4	572-001847	Ø8	SKIVE	WASHER
163	1	562-001846	M8	LÅSEMUTTER	LOCK NUT
164	1	560-000312	M8x80	SKRUE	SCREW
166	1	576-003324	Ø3x20	SPENNSTIFT	LOCK PIN
167	1	670-004221		KONTROLLBOKS CB09 100V	CONTROL BOX CB09 100V
168	2	567-002997	M12	LÅSEHANDTAK	LOCK HANDLE
169	1	586-002088		GASSFJÆR FOR HODEPUTE	GASSPRING FOR HEADCUSHION
170	1	670-004218		KONTROLLBOKS CB9CL 230V	CONTROL BOX CB09 2sOV
171	1	670-004229	SLSx2	BRYTER	SWITCH
172	1	670-004222	100 V	KONTROLLBOKS CB09 120V	CONTROL BOX CB09 120V
173	2	560-002045	M4x35	MASKINSKRUE	SCREW
174	2	562-003319	M4	LÅSEMUTTER	LOCK NUT
175	1	40000-18		HEL BAKPUTERAMME	PRIMA CUSHION FRAME
176	1	560-003802	M12X90	SKRUE	SCREW
177	1	562-001844	M12	LÅSEMUTTER	LOCK NUT
178	2	560-002579	M8X16	INNV 6KT. SKRUE	SCREW
179	1	212-97		POM HYLSE	TUBE
180	1	562-001850	M6	LÅSEMUTTER	LOCK NUT
181	2	562-000717	M8	INNSLAGSMUTTER	NUT
182	1	591-002840	M8/Ø25	MUTTER PLUGG	NUT
183	1	572-001750	Ø8,5/Ø50	NYLON SKIVE	PLASTIC WASHER
184	1	567-000462	M8	RATT	HANDLE

PAPER ROLL HOLDER



ASSEMBLY

