

# Prüfbericht (Test Report)

## SCC201116-EPA-48662

Auftraggeber: (Applicant)	Schuchmann GmbH & Co. KG Rudolf-Runge-Straße 3 49143 Bissendorf Deutschland / Germany	Hersteller: (Manufacturer)	Schuchmann GmbH & Co. KG Rudolf-Runge-Straße 3 49143 Bissendorf Deutschland / Germany		
Gerätetyp: (Type of appliance)	Rückenschrägliegebrett (Back inclined board)	Auftragsnummer: (Order number)	0003984 (SCCA201110-A)		
Marke / Modell: (Brand / Model)	Till (Gr. 4); 3431H0-002000AU	Kostenstelle: (Cost number)	-		
Seriennummer: (Serial number)	1330720/10493				
Produktionsfreigabe / Prototyp (PRO): (Production release / Prototype)	<input checked="" type="checkbox"/>	Nullserie / Vorserie (NUL): (Zero series / Pre series)	<input type="checkbox"/>	Serie (SER): (Series)	<input type="checkbox"/>
Produktbewertung (PBV): (Product assessment)	<input type="checkbox"/>	Nachprüfung (NP): (Re-test)	<input type="checkbox"/>	Teilprüfung (TP): (Partial test)	<input type="checkbox"/>

Zweck der Prüfung (Purpose of test):

Zweck der Prüfung war es, das Prüfobjekt hinsichtlich der Störaussendungen und Störfestigkeit zu untersuchen.  
(Purpose of the test was to have results from the EUT from the Emission and the Immunity.)

Bei der Prüfung handelt es sich um eine (The type of the test is a):


Prüfung entsprechend:  
(Test according)


EN 60601-1-2 : 2015 Abschnitt 7 und 8 (Chapter 7 and 8)  
EN 55014-1 : 2006 + A1 : 2009 + A2 : 2011  
EN 61000-3-2 : 2006 + A1 : 2009 + A2 : 2009  
EN 61000-3-3 : 2013

Prüfergebnis:  
(Test Result)

Der Prüfling erfüllte die Anforderungen der oben genannten Normen zur Störaussendung.  
Bei den Prüfungen der Störfestigkeit wurden Auffälligkeiten festgestellt.  
(The Equipment under test passed the tests according the selected standards for disturbance emission.  
During the test of immunity abnormalities were found.)

Datum: 08.12.2020  
(Date)

  
S. Bierbaum  
Prüfer  
(Test engineer)

  
M. Knicker  
Stellvertretender Laborleiter Bereich EMV  
(Assistant head of EMC department)

Schutzrechtinweis:

Dieses Prüfprotokoll einschließlich aller seiner Teile, wie beispielsweise der darin enthaltenen Tabellen, Fotos und Zeichnungen, stellt ein urheberrechtlich geschütztes Werk dar. Unbefugte Verwendung, insbesondere solche ohne Zustimmung des Prüflaboratoriums, ist unzulässig und strafbar. Zur auszugsweisen Vervielfältigung des Prüfberichtes bedarf es der schriftlichen Genehmigung des Prüflaboratoriums. Dieser Prüfbericht bezieht sich ausschließlich auf die für die Prüfung zur Verfügung gestellten Prüfobjekte. Der Prüfbericht enthält 7 Seiten plus 62 Seiten Anlagen, Gesamtseitenzahl 69.

Protection refer to this Test Report:

This Test Report including all parts of tables, pictures and drawings is a copyright work. Unauthorized employment especially without an agreement of the test laboratory is punishable. For partial copies of this Test Report you need a written authorization by the test laboratory. This Test Report relates only to the submitted equipment. This Test Report has 7 pages plus 62 pages of Amendments, total 69 pages.

Geschäftsführer  
(Managing Director)  
Christian Benthin  
Frank Huncke

Handelsregister  
(Commercial register)  
HRB 7569  
Amtsgericht  
Bad Oeynhausen

Erfüllungsort  
(Place of fulfilment)  
Hüllhorst  
Amtsgericht (County court): Bad Oeynhausen  
Landgericht (Regional court): Bielefeld

Bankverbindung  
(Bank account)  
Volksbank Schnathorst eG  
IBAN: DE 23 4926 2364 0017 3200 00  
BIC: GENO DE M1 SNA

Sitz der Gesellschaft  
(Place of company)

Löhner Straße 157  
32609 Hüllhorst  
Deutschland / Germany

Kontakt  
(Contact)  
Tel.: 0049 - 5744 - 92960  
Fax.: 0049 - 5744 - 929615  
E-Mail: info@obl-gmbh.de

Ust-Id Nr.  
(VAT-No.) DE125753801