



Ref. certifikatnr.

CA/36983/CSA

IEC-SYSTEM FOR GENSIDIG ANERKENDELSE AF TESTCERTIFIKATER FOR ELEKTRISK UDSTYR (IECEE) CB ORDNING

CB-TESTCERTIFIKAT

Produkt

Løftbart badekar

Ansøgerens navn og adresse

BEKA Hospitalec GmbH
Am Rübenmorgen 3, Wetzlar-Dutenhofen, Hessen, 35582,
Tyskland

Producentens navn og adresse

BEKA Hospitalec GmbH
Am Rübenmorgen 3, Wetzlar-Dutenhofen, Hessen, 35582,
Tyskland

Fabrikkens navn og adresse

BEKA Hospitalec GmbH
Am Rübenmorgen 3, Wetzlar-Dutenhofen, Hessen, 35582,
Tyskland

Bemærk: Ved mere end én fabrik, bedes du rapportere det på side 2

 Yderligere oplysninger på side 2

Vurderinger og primære karakteristika

AVERO Premium plus, AVERO Motion og AVERO Motion E:
230 V AC, 50 Hz, 840 VA / 120 V AC, 60 Hz, 840 VA, IPX4,
Kortvarig drift til løft og sænkning af badekarret: 2 min. TIL / 18 min. FRA,
sikker arbejdsbelastning (SWL) 300 kg for AVERO Premium plus, 350 kg
for AVERO Motion & AVERO Motion E

AVERO Komfort , AVERO VIVA & AVERO VIVA plus:
230 V AC, 50 Hz, 1035 VA / 120 V AC, 60 Hz, 1035 VA, IPX4,
Kortvarig drift til løft og sænkning af badekarret: 2 min. TIL / 18 min. FRA,
sikker arbejdsbelastning (SWL) 400 kg

Varemærke / Brand (hvis relevant)

Ikke tilgængelig

Kundens testfacilitet (CTF) fase anvendt

Ikke tilgængelig

Model/Type Ref.

AVERO Premium plus /AVERO Komfort /AVERO VIVA & AVERO
VIVA plus /AVERO Motion & AVERO Motion E

Yderligere oplysninger (kan om nødvendigt også rapporteres
på side 2)

 Yderligere oplysninger på side 2

En prøve af produktet blev testet og fundet i
overensstemmelse med

IEC 60601-1:2005, IEC 60601-1:2005/AMD1:2012, IEC 60601-1:2005/
AMD2:2020 inklusive IEC 60601-1-6:2010, IEC 60601-1-6:2010/
AMD1:2013, IEC 60601-1-6:2010/AMD2:2020 og ND for CA, USA, UK
eksklusive (ikke evalueret) krav til biokompatibilitet (11.7) og
elektromagnetisk kompatibilitet (CI.17).

Som vist i testrapportens referencenummer, der er en del af dette
certifikat

301969 - 80077416 (80077416)

Dette CB-testcertifikat er udstedt af det nationale certificeringsorgan



CSA-gruppen
178 Rexdale Boulevard
Toronto, ON M9W 1R3 Canada

Dato: 2025-05-28

Underskrift: Michel Brossoit



Ref. certifikatnr.

CA/36983/CSA

Yderligere oplysninger (hvis nødvendigt)

1. Den mekaniske konstruktion af Avero Viva og Avero Viva plus og Avero Comfort er identisk.
2. Forskellen mellem 230 Vac 50 Hz-versionen og 120 Vac 60 Hz-versionen er en blæsemotor.
3. De elektriske komponenter i sekundærkredsløbet – såsom LED-lyset, nødbatteriet backup, sensorer og ventiler – er alle identiske, med undtagelse af Avero Motion, som bruger forskellige sekundære løftmotorer.

A handwritten signature in blue ink, which appears to read "Michel Brossoit".

Dato: 2025-05-28

Underskrift: Michel Brossoit